

Distance measurement

464-SR/50

Precision measurements



Precision





Compact




ข้อมูลทางเทคนิคตัวเครื่อง

รุ่น / โมเดล	RICHTER 464-SR/50
ความยาวเทป (เมตร)	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100
วัสดุเทป	Stainless Steel พร้อมห่วงปลายสาย
วัสดุโครง	Light metal Frame กันสนิม
การรับแรงดึง	50N ที่ 20°C
ความกว้าง/หนา ของเทป	กว้าง 13 มม. / หนา 0.3 มม.
ระบบแกนหมุน	แบบตลับลูกปืน (Ball Bearing)
กรรมวิธีผลิตตัวเลข	กัดกรด (Acid-Etched)
แบบมาตรวัด	เมตรริก
การแบ่งขีด	ขีดย่อยทุก 1 มม. เลขกำกับทุก 1 ซม. และ 1 ม.
มาตรฐานความแม่นยำ	EC Class II



** ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย



ข้อมูล
เพิ่มเติม



CST บริษัท ซี เอส ที อินสตรูเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
C S T INSTRUMENTS (THAILAND) CO., LTD.



Tel : 02-915-1693

Fax : 02-915-1015

Tax ID : 0105566170152

Email : Sales@cst.co.th

95 Rom Klao Road, Khlong Sam Prawet, Lat Krabang, Bangkok 10520

CERTIFICATE



ISO 9001:2015

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

Friedrich Richter Meßwerkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Hauptstraße 5-9, 95469 Speichersdorf, Germany

for the scope of certification:

Development, manufacture and sale of measuring tools

has established and maintains a quality management system according to the above mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A23111061.

Certificate registration no.:	30620445/2
Validity of previous certificate:	2024-04-29
Certificate valid from:	2024-04-30
Certificate valid to:	2027-04-29

Language translation



Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2024-04-10





Zertifikat
Certificate

über die Anerkennung eines Qualitätssicherungssystems
on the approval of a quality system

Ausgestellt für:
Issued to:

Friedrich Richter Messwerkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Hauptstr. 5-9
95469 Speichersdorf

gemäß:
In accordance with:

Mess- und Eichverordnung vom 11. Dezember 2014 (MessEV)
Measures and Verification Ordinance dated 11 December 2014 (MessEV)
in Verbindung mit
in connection with

- Richtlinie **2014/32/EU** vom 26. Februar 2014 (MID)
- Directive 2014/32/EU of 26 February 2014 (MID)

Messgröße lt. MessEV § 1:
Measurand acc. to Measures and Verification Ordinance, section 1:

Länge oder Kombinationen von Längen zur Längen- oder Flächenbestimmung
Length or combination of lengths to determine lengths or areas

Nr. des Zertifikats:
Certificate No.:

DE-M-AQ-PTB147, Revision 2

Gültig bis:
Valid until:

04.07.2027

Anzahl der Seiten:
Number of pages:

3

Geschäftszeichen:
Reference No.:

PTB-9.22-4117962

Nr. der Stelle:
Body No.:

0102

Im Auftrag
On behalf of PTB


Markus Umer

Braunschweig, 05.07.2024

Siegel
Seal



Accuracy table according to EC class II

maximum tolerance plus / minus for steel measuring tapes

Formula: $a+bL$ (a=0,3 mm; b=0,2 mm; L in metres)

m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0		2,3	4,3	6,3	8,3	10,3	12,3	14,3	16,3	18,3	20,3
1	0,5	2,5	4,5	6,5	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	
2	0,7	2,7	4,7	6,7	8,7	10,7	12,7	14,7	16,7	18,7	
3	0,9	2,9	4,9	6,9	8,9	10,9	12,9	14,9	16,9	18,9	
4	1,1	3,1	5,1	7,1	9,1	11,1	13,1	15,1	17,1	19,1	
5	1,3	3,3	5,3	7,3	9,3	11,3	13,3	15,3	17,3	19,3	
6	1,5	3,5	5,5	7,5	9,5	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	
7	1,7	3,7	5,7	7,7	9,7	11,7	13,7	15,7	17,7	19,7	
8	1,9	3,9	5,9	7,9	9,9	11,9	13,9	15,9	17,9	19,9	
9	2,1	4,1	6,1	8,1	10,1	12,1	14,1	16,1	18,1	20,1	