

Messgröße	Kalibriergegenstand	Messbereich	Erweiterte Messunsicherheit	Regelwerk	Anwendung durch das Labor seit
Temperatur	Direktanzeigende Thermometer mit Widerstandssensor	-20 °C bis 60 °C*	25 mK	DKD 5-1: 2023	März 2024
		> 60 °C bis 120 °C*	32 mK		
		-20 bis 60 °C**	14 mK		

* Blockkalibrator

** Flüssigkeitsbad