

Stellungnahme zur Kompatibilität von Universal-Auffüllsets zur Befüllung von implantierten Medikamentenpumpen

Nach eingehenden klinischen Untersuchungen Seitens unseres Herstellers (**Medizintechnik promedt GmbH, Kleiner Moorweg 4 in 25436 Tornesch**) sind unsere Auffüllsets:

- Universal-Auffüllset 20
- Universal-Auffüllset 10
- Universal-Auffüllset A
- Universal-Auffüllset B
- Universal-Auffüllset SE

für die Befüllung folgender implantierbarer Medikamentenpumpen geeignet:

Hersteller	Modell		
tricumed	IP2000V	IP1000V	Siromedes®
Medtronic	Synchromed	Synchromed EL	IsoMed
Codman	Medstream	Archimedes	
Anschütz	IP35.1		
Arrow/Therex	Modell 3000/II		

Bei den verwendeten Huber-Spezial-Kanülen und Surecan-Kanülen handelt es sich um nicht-stanzende Punktionskanülen, welche sich in den durchgeführten Untersuchungen zur Punktion von Ports sowie implantierten Medikamentenpumpen als geeignet erwiesen haben und hierfür seit ca. 15 Jahren verwendet werden.

Somit ist bei fach- und sachgerechter Anwendung die Funktionssicherheit für die Befüllung der oben genannten Pumpen mit den Universal-Auffüllsets gewährleistet.