

For laboratoriet:

Prøve ID:

Labora

Avtaleskjema vannprøver oppdrett

	Svar til	Regning til
Firma/ avd.		
Navn		
Adresse		
Postnr.		
E-post		
Telefon		Bestillingsreferanse:

Ønsket rapporteringsmåte: ☐ E-post ☐ Brev (medfører pristillegg) ☐ Hasteprøver (medfører pristillegg)

Antall	Prøvetype	Merking	Dato uttak*	Kl. slett uttak*
	Ferskvann før UV			
	Ferskvann etter UV			
	Sjøvann før UV			
	Sjøvann etter UV			
	Avløp før behandling			
	Avløp etter behandling			

*Viktig at dato og klokkeslett angis

Forslag til oppsett:

- ☐ Ferskvann før UV (Kimtall 20 °C, fluoriserende pseudomonader, UV-transmisjon)
- ☐ Ferskvann etter UV (Kimtall 20 °C, fluoriserende pseudomonader) ☐ Rensegrad kimtall*
- ☐ Sjøvann før UV (Kimtall 20 °C utvidet, Presumptiv vibrio utvidet, UV-transmisjon)
- ☐ Sjøvann etter UV (Kimtall 20 °C, Presumptiv vibrio) ☐ Rensegrad kimtall* ☐ Rensegrad presumptiv Vibrio*
- ☐ Avløp før behandling (f.eks. suspendert stoff, COD_{Cr}, BOD₅) Flasketype: 1,5 L med blå kork (èn flaske).
- ☐ Avløp etter behandling (f.eks. suspendert stoff, COD_{Cr}, BOD₅) Flasketype: 1,5 L med blå kork (èn flaske).

Fysikalske og kjemiske analyser				Mikrobiologiske analyser
pH	Klorid	Natrium (Na)	Kimtall, temp °C: ☐ 20 ☐ 22 ☐ 37	
Konduktivitet	Sulfat	Kalium (K)	Fluoriserende pseudomonader*	
Farge	Nitrat		Presumptiv vibrio*	
Turbiditet	Kalsium (Ca)	Suspendert stoff (1 L prøve)	Rensegrad presumptiv Vibrio*	
UV-transmisjon	Magnesium (Mg)	COD _{Cr} (kjem. oksygenforbr.)	Rensegrad kimtall*	
Alkalitet	Aluminium (Al)	BOD ₅	Koliforme bakterier	
Jern (Fe)	Aluminium labilt**	BOD ₇	E. coli	
Kobber (Cu)	TOC	Total fosfor	Intestinale enterokokker	
Mangan (Mn)	TOC sjøvann **	Total Nitrogen	Termotolerante koliforme/E. coli (ubeh. sjøvann)	

For oversikt over ref. standard til analysene, se vårt akkrediteringsdokument på <https://labora.no/om-oss/kvalitetssikring/> eller www.akkreditert.no.

*: analysen er ikke akkreditert

**Underleverandør: Labora AS informerer kunden om bruk av underleverandør dersom kunden ønsker dette. Dersom kunden ikke har forespurt bruk av underleverandør er kontrakten å forstå slik at Labora sine underleverandører aksepteres.

Leveringsbetingelser: Kunden har selv ansvar for prøvene under transport til laboratoriet dersom ikke annet er avtalt. Labora kan bistå med sporing av prøver etter avtale. Analyserapporter blir sendt ut på e-post om ikke annet er avtalt. Data vil bli lagret i hht vår personvernerklæring, se <https://labora.no/om-oss/personvernerklæring/>

Jeg bekrefter med dette at prøvetakingsskjema er fylt ut med alle relevante opplysninger for prøven.

Sted, dato/sign. kunde: _____

Labora AS Klinkerveien 8, 8006 Bodø, Telefon: 75 56 63 00, E-post: firmapost@labora.no, Org.nr: 986 284 311

Labora

Utgave nr.: 6.00

Gyldig fra: 19.08.2025

Godkj. av: Sophie Fische

Ref.nr.: Ku.S.5

Side 1 av 2

Avtaleskjema vannprøver oppdrett

Prøveuttak

1. Merk flasken med dato og klokkeslett for prøvetaking, prøvested og evt. vannverkets navn.
Klokkeslettet: ved prøvetaking av mikrobiologiske vannprøver hvor analysen kimtall, koliforme bakterier og E. coli inngår, er det satt krav om at tidspunkt for prøvetaking og tidspunkt for analysestart skal angis i prøvingsrapporten. Dersom analysene settes opp > 24 timer etter prøvetaking kan ikke alle analysene utgis som akkreditert. Dersom klokkeslett ikke er oppgitt er vi nødt til å gi ut resultatet for kimtall, koliforme bakterier og E. coli som ikke akkreditert.
Det er derfor viktig at klokkeslett for prøvetaking noteres på prøveflasken eventuelt i prøvetakingsskjemaet.

Mikrobiologiske prøveflasker, rød kork:

Det er viktig at det brukes sterile vannprøveflasker tilsatt natriumthiosulfat.
Dykk flasken (min 250 ml m/natriumthiosulfat) raskt under overflaten og før den sakte, med åpningen først, fremover i en sammenhengende bevegelse inntil flasken er ca. 4/5 full, slik at det gjenstår et tilstrekkelig luftvolum for å sikre god blanding. Blir flasken for full helles noe av.

Kjemiske prøveflasker, blå kork:

Ved kjemisk analyse trengs minimum 500 ml tatt på flaske med blå kork og uten natriumthiosulfat.
Avløpsprøver tas på flaske 1,5 L med blå kork.
NB! skyll prøveflasken med vann før den fylles opp, fyll flasken helt opp (minst mulig luft).

2. Fjern sil, filter eller slange som er festet til kranen. Flamber kranens munning med gassbrenner eller lighter. (Dersom prøven tas fra tappepunkt i næringsmiddelbedrift skal kranen normalt ikke flamberses.)
3. Skru opp kranen og la vannet renne i 3 – 5 minutter.
Skru opp korken uten å komme i berøring med flaskens munning.
Fyll flasken til flaskehalsen.
4. Fyll ut følgeskjema så nøye som mulig.

Forsendelse

- Prøvene må være ankommet laboratoriet, helst innen 10 timer og senest 22 timer etter prøveuttak. Prøvene skal lagres/transporteres ved 2 – 8 °C, bruk ekstra kjøleelement på varme dager.
- Ved bruk av Posten/Bring (bruk kjøleelement) må Ekspress over natt benyttes. Prøvene kan sendes mandag til torsdag og tidligst tas ut kl. 10.00 på forsendelsesdagen. Labora må kontaktes i forkant av forsendelse.
- Ved bruk av buss, båt eller fly skal prøvepakken være kartert/registrert.
- Labora skal ha telefonisk beskjed før kl. 10 den dagen prøvene ankommer Bodø slik at vi kan arrangere henting hos transportør, evt. etterlyse prøver som ikke ankommer som avtalt. Vi tar et hentegebyr for prøver som hentes fra båt, buss etc.

LABORA AS
KLINKERVEIEN 8
8006 BODØ

For mer informasjon, se Laboras hjemmeside: www.labora.no eller kontakt oss på firmapost@labora.no / +47 75 56 63 00