

Axla Care – pilotprojekt på Kliniskt träningscentrum

Slutrapport

Innehåll

1	Inledning	3
2	Metod och genomförande	3
2.1	Mål och avgränsningar	3
2.1.1	<i>Effektmål</i>	3
2.1.2	<i>Projektmål</i>	3
2.1.3	<i>Avgränsning</i>	4
2.1.4	<i>Milstolpar</i>	4
3	Resultat	4
3.1	Generell upplevelse av AXLA Level™	4
3.2	Upplevelse av AXLA Level™s värdeskapande för äldre	6
3.3	Upplevelse av AXLA Level™s värdeskapande för personal	8
3.4	Installationsprocessen	8
3.5	Måluppfyllelse	8
3.5.1	<i>Effektmål</i>	8
3.5.2	<i>Projektmål</i>	8
3.6	Tidsplan	8
3.7	Projektbudget	9
3.8	Samarbetsformer	9
4	Övriga erfarenheter	9
4.1	Resurshantering	9
5	Sammanfattning	9

1 Inledning

Inom ramen för Verklighetslabbets uppdrag inkom våren 2023 en projektansökan från Axla care AB (fortsättningsvis kallad projektpart). Styrgruppen godkände projektansökan och projektet genomfördes under andra halvåret 2023.

Det finns behov att undersöka tillgängliga lösningar på marknaden för att förbättra kvaliteten i vård och omsorg. Syftet med projektet var att testa en prototyp av en höj- och sänkbar toalettstol. Nyttan för den enskilde som använder produkten är potentiellt ökad självständighet då hjälpmedlet möjliggör att man kan klara av toalettbesök längre själv. Möjligheten att kunna sänka toaletten efter den enskilde satt sig kan innebära ett bättre stöd då båda fötterna kan vara i golvet under toalettbesöket, till skillnad från när andra hjälpmedel används. För verksamheten skulle produkten kunna möjliggöra att ett dubbelbemannat toalettbesök går att genomföra enkelbemannat.

2 Metod och genomförande

Vecka 10 2023 installerade projektparten AXLA Level™ på Kliniskt träningscentrum (KTC). Installationen gjordes utan att påverka vatten- eller elledningar i fastigheten. Under testperioden som varade från mars till december 2023 genomfördes tester med seniorer som besökte förvaltningens öppna mötesplatser och medarbetare från olika verksamheter. Resultatet följdes även upp med en enkät, som antingen kunde besvaras på papper eller digitalt.

2.1 Mål och avgränsningar

I projektplanen sattes följande mål:

2.1.1 Effektmål

- Stärka organisationens innovationsförmåga.
- Ett ökat samarbete med företag för att möjliggöra utveckling, testning och/eller införande av innovativa lösningar som effektiviserar och höjer kvaliteten i verksamheten.

2.1.2 Projektmål

- Framtagande av en slutrapport som inkluderar:
 - Upplevelsen av hjälpmedlet; vad fungerar bra? vad kan utvecklas för att göra hjälpmedlet ännu bättre?
 - Installationsprocessen; hur ser installations- och monteringsprocessen ut och vilken åverkan på fastigheten kan förväntas?

2.1.3 Avgränsning

I projektplanen gjordes följande avgränsningar:

- Projektet kommer inte att ta fram rutiner för hur resultatet ska följas upp och förvaltas.
- Projektet ansvarar inte hantera upphandlingsfrågor eller verka inom områden kopplat till upphandling.

2.1.4 Milstolpar

Följande milstolpar var inplanerade enligt projektplanen:


Nr	Milstolpe	Datum
1	Projektplan godkänd av projektgrupp	2023-02-22
2	Installation påbörjas	2023-02-27
2	Testperiod startar	2023-03-16
3	Testperiod avslutas	2023-05-01
4	Slutrapport överlämnas till styrgrupp och projektpart	2023-05-31

Lägesrapport har utgått till styrgruppen vid styrgruppsmöten.

3 Resultat

Totalt besvarade 20 personer enkäten, med ett visst bortfall på vissa frågor. Av de 19 deltagare som uppgav yrkestitel var 21% sjuksköterskor (n=4), 11% arbetsterapeuter (n=2), 21% pensionärer (n=4) och 47% annat (n=9) var vårdbiträden.

Fördelning av yrkestitlar



Figur 1 Fördelningen av sysselsättning bland deltagare, Stockholm 2023.


3.1 Generell upplevelse av AXLA Level™

En majoritet på 85% (n=17) upplevde att toalettstolen var mycket bra eller bra. Skäl som angavs var att toaletten var lätt att använda,

att hjälp med uppresning ansågs vara värdefullt, att den såg ut som en riktig toalettstol och att den kan användas av alla i ett hushåll. Därtill angavs att den var smidig och ljudlös. Tre personer (15%) var neutralt inställda, där en svarande ansåg att syftet med en höj- och sänkbar toalettstol var oklart och en annan trodde att toalettstolen kunde utgöra en fallrisk. En svarande var orolig över att den tog för mycket plats med två armstöd. Farhågor var priset på toalettstolen, och hur mycket underhåll/reparation den skulle behöva. En svarande upplevde att basen på toalettstolen kommer vara svår att rengöra. Bland de svarande ansåg 95% (n=18) att toalettstolen var mycket lätt eller lätt att använda. Flera svarande upplevde dock att tydligare markerade knappar hade kunnat förenkla användandet av toalettstolen. En annan synpunkt var att spolfunktionen inte fungerade optimalt.




Figur 2 Generell upplevelse av AXLA Level, Stockholm 2023.




Figur 3 Upplevelse av hur lätt eller inte det var att använda AXLA Level på en skala 1-5 där 1=inte alls lätt och 5=väldigt lätt, Stockholm 2023.

3.2 Upplevelse av AXLA Level™s värdeskapande för äldre

En majoritet av de svarande (n=14, 78%) ansåg att toalettstolen skulle skapa ett väldigt högt eller högt värde för brukare på ett vård- och omsorgsboende. Ett skäl till det var att flera svarande ansåg att den var enkel av använda. Bland de svarande ansåg 84% (n=16) att toalettstolen skulle bidra väldigt mycket eller mycket till bibehållen eller ökad självständighet för brukaren. Skäl som angavs till att den skulle passa mindre bra på ett vård- och omsorgsboende var att brukare kommer ha svårt att lära sig hur man ska göra trots att toalettstolen är enkel att använda, att man behöver en viss kognitiv förmåga för att kunna styra den och att den utgör en fallrisk om den fastnar i högsta läget vid exempelvis ett strömavbrott. En person ansåg att en toalett med rengöringsfunktion och blås/torkfunktion skulle vara något som fyllde ett större behov för brukare. En svarande angav att det är många på vård- och omsorgsboenden som använder mobil duschstol istället för en toalettstol, men ansåg samtidigt att den skulle passa bra för vissa brukare. Enligt en svarande så skulle det kunna vara mindre bra att brukaren inte får lika mycket muskelstärkande träning vid förhöjd sits och att brukaren på sikt skulle kunna förlora en del styrka till följd av det.



Figur 4 Upplevelse av AXLA Level's värdeskapande för brukare på vård- och omsorgsboende på en skala 1-5 där 1=inget värde alls och 5=väldigt högt värde, Stockholm 2023.




Figur 5 Upplevelse av AXLA Level's bidragande till bibehållen eller ökad självständighet för brukare på vård- och omsorgsboende på en skala 1-5 där 1=inte alls och 5=väldigt mycket, Stockholm 2023.

Flera angav att toalettstolen skulle skapa värde även för äldre personer i ordinärt boende. Anledningar som angavs var att det skulle kunna öka självständigheten, minska antalet besök av hemtjänsten och att fler i hushållet kan använda den då en svarande ansåg att det inte är kul för anhöriga att använda en toalettförhöjning och en annan att toalettförhöjningar är svårare att rengöra. Således ansågs toalettstolen passande i ordinärt boende där bara en person har ett behov.

3.3 Upplevelse av AXLA Level™s värdeskapande för personal

En majoritet på 78% (n=14) angav att AXLA Level skulle skapa ett väldigt högt eller högt värde för personal på vård- och omsorgsboende, medan 17% (n=3) var neutralt inställda och en person (6%) var negativt inställd.



Figur 6 Upplevelse av AXLA Level's värdeskapande för personal på vård- och omsorgsboende på en skala 1-5 där 1=inget värde alls och 5=väldigt högt värde, Stockholm 2023.

3.4 Installationsprocessen

Installationsprocessen har kunnat genomföras med minimal åverkan på fastigheten. För mer utförligt resultat av installationen hänvisas till bilaga 1.

3.5 Måluppfyllelse

3.5.1 Effektmål

Den långsiktiga nyttan/effekten med projektet kan inte mätas inom ramen för projektet. Projektet föreslår att styrgruppen följer upp effekten på sikt för att se om den blivit den avsedda.

3.5.2 Projekt mål

Samtliga projekt mål är uppfyllda.

3.6 Tidsplan

Tidsplanen för projektet har inte kunnat hållas. Detta beror främst på att det tagit längre tid än beräknat att komma upp i antalet testdeltagare.

3.7 Projektbudget

Projektet hade ingen specificerad budget.

3.8 Samarbetsformer

Samarbetet mellan projektgrupp och projektpart har fungerat bra.

4 Övriga erfarenheter

4.1 Resurshantering

Resurshanteringen har fungerat bra.

5 Sammanfattning

Projektet har kunnat genomföras på ett lyckat sätt. En majoritet på 85% (n=17) upplevde att toalettstolen var mycket bra eller bra. Skäl som angavs var att toaletten var lätt att använda, att hjälp med uppresning ansågs vara värdefullt, att den såg ut som en riktig toalettstol och att den kan användas av alla i ett hushåll. Därtill angavs att den var smidig och ljudlös.

En majoritet av de svarande (n=14, 78%) ansåg att toalettstolen skulle skapa ett väldigt högt eller högt värde för brukare på ett vård- och omsorgsboende. Bland de svarande ansåg 84% (n=16) att toalettstolen skulle bidra väldigt mycket eller mycket till bibehållen eller ökad självständighet för brukaren. Skäl som angavs till att den skulle passa mindre bra var att brukare kommer ha svårt att lära sig hur man ska göra trots att toalettstolen är enkel att använda, att man behöver en viss kognitiv förmåga för att kunna styra den och att den utgör en fallrisk om den fastnar i högsta läget vid exempelvis ett strömavbrott. Flera angav att toalettstolen skulle skapa värde även för äldre personer i ordinärt boende.

En majoritet på 78% (n=14) angav att AXLA Level skulle skapa ett väldigt högt eller högt värde för personal på vård- och omsorgsboende.

Flera förbättringsförslag framkom, där större knappar var det mest dominanta önskemålet.

Installationsprocessen har kunnat genomföras med minimal åverkan på fastigheten.