

e-ASPECTS®

Benutzerhandbuch

Version 14.4

e-ASPECTS-MAN-14.4 - 2026-09-16

e-ASPECTS ist Teil von Brainomix 360

US-Patent Nr. 10.902.596

EU-Patent Nr. 3701495

Historische Überarbeitungen (<https://www.brainomix.com/docs/>)

- 1 Einführung
 - 1.1 Übersicht
 - 1.2 ASPECTS
- 2 Verwendungszweck
 - 2.1 Indikationen
 - 2.2 Gegenanzeigen
 - 2.3 Warnhinweise
 - 2.4 Vorsichtsmaßnahmen
 - 2.5 Klinischer Nutzen
 - 2.6 Verwendungsumgebung
- 3 Installation und Schulung
 - 3.1 Installation
 - 3.2 Schulung
- 4 Systemspezifikationen
 - 4.1 Server
 - 4.2 Kunden
 - 4.3 Sprachen
 - 4.4 Leistung und Lebensdauer
- 5 Scanner- und Bildkompatibilität
- 6 Cybersicherheit
- 7 Zugriffskontrolle und Benachrichtigungen
 - 7.1 Anmelden
 - 7.2 Abmelden
 - 7.3 Ändern des Passworts
 - 7.4 Zwei-Faktor-Authentifizierung
 - 7.5 Adressbuch
 - 7.6 Bereitschaftsstatus
 - 7.7 App-Benachrichtigungen
- 8 Desktop-Schnittstelle

- 8.1 Patientenliste
- 8.2 Suchen nach Patienten
- 8.3 Exportieren von Ergebnissen
- 8.4 Patienten-Viewer
- 8.5 e-ASPECTS-Anzeige
- 8.6 Manuelle Ergebnisse
- 9 Mobile Anzeige
 - 9.1 Patientenliste
 - 9.2 Patienten-Viewer
 - 9.3 Kommunikation
 - 9.4 Einen Patienten für eine Intervention kennzeichnen
 - 9.5 Klinische Daten
 - 9.6 Eignungsprüfung
 - 9.7 Freigeben von Patienten
- 10 Ergebnisausgaben
 - 10.1 DICOM
 - 10.2 Cloud-Synchronisierung
 - 10.3 Benachrichtigungen der mobilen Anwendung
 - 10.4 Patientenberichte
 - 10.5 HL7-Ausgaben
- 11 Hochladen und Verarbeiten
 - 11.1 Verarbeiten von Scans
 - 11.2 Das DICOM-Protokoll
- 12 Verwaltung
- 13 Fehlersuche
- 14 Wartung und Aktualisierung der Dienste
- 15 Berichterstattung über Vorfälle
- 16 Stilllegung
- 17 Symbole
- 18 Anforderung einer Papierkopie

Regulatorische Informationen

	Brainomix Limited First Floor Seacourt Tower West Way Oxford OX2 0JJ Vereinigtes Königreich	 0197	
		EU/EWR/Türkei	
		EU REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Niederlande
			Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Irland
		Schweiz	
	+44 (0) 1865 582740 (tel:+441865582740)	CH REP	Taevas Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Schweiz

1 Einführung

1.1 Übersicht

Brainomix 360 e-ASPECTS (im Folgenden sowohl als 'Brainomix 360 e-ASPECTS' als auch als 'e-ASPECTS' bezeichnet) ist ein medizinisches Software-Gerät für die Verarbeitung von Computertomographie-Scans (CT) des Gehirns von Schlaganfallpatienten. Es wird als Webdienst bereitgestellt, wobei die Benutzer über einen Webbrowser auf jedem beliebigen Gerät mit einer Verbindung zur Brainomix 360-Software (z. B. LAN- oder Internetverbindung) auf das System zugreifen können und sich mit anderen DICOM-konformen Geräten, einschließlich CT-Scannern und PACS-Systemen, über eine lokale Netzwerkverbindung verbinden können.

In der Regel sollten kontrastmittelfreie Hirn-CT-Scans von Schlaganfallpatienten über eine DICOM-C-STORE-Operation von einem CT-Scanner an die Brainomix 360-Software übermittelt werden. Brainomix 360 kann so konfiguriert werden, dass die erzeugte Ergebnisserie automatisch über eine DICOM-C-STORE-Operation an ein PACS übermittelt wird. Brainomix 360 kann zudem so konfiguriert werden, dass Ergebnisse und Patientenberichte an zusätzliche Ziele gesendet werden, wenn ein Scan von der Software verarbeitet wird. Diese Ziele können Brainomix 360 Cloud oder andere Brainomix 360-Instanzen und Brainomix 360 Mobile-App-Benachrichtigungen umfassen.

1.2 ASPECTS

ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) ist ein topographisches Bewertungssystem, das das vom Schlaganfall betroffene Hirnareal in 10 Interessensbereiche unterteilt. Es gibt sechs kortikale Regionen (M1-M6) und vier Basalganglienregionen (Schweifkern, Linsenkern, Inselrinde und innere Kapsel). Für jeden der definierten Punkte wird ein einzelner Punkt für einen Bereich mit frühen ischämischen Veränderungen, wie z. B. eine parenchymale Hypoabschwächung, subtrahiert. Ein Wert von Null bedeutet eine diffuse ischämische Schädigung in der gesamten betroffenen Hemisphäre, während ein normaler Hirn-CT-Scan mit einem ASPECTS-Wert von 10 Punkten bewertet wird.

Beachten Sie, dass nicht-akute ischämische Veränderungen bei der Berechnung des ASPECTS-Scores nicht berücksichtigt werden.

pc-ASPECTS

Ein zusätzliches Bewertungssystem zur Verwendung bei Schlaganfällen im hinteren Kreislauf ist pc-ASPECTS (Posterior-Circulation-ASPECTS), wie in Puetz et al., Stroke, 2008 (<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.511162>) definiert. Dabei erfolgt eine Einteilung in 8 relevante Bereiche: Thalami (je 1 Punkt), Okzipitallappen (je 1 Punkt), Mittelhirn (2 Punkte), Pons (2 Punkte), Kleinhirnhemisphären (je 1 Punkt). Einem normalen Hirn-CT-Scan wird ein pc-ASPECTS-Wert von 10 Punkten zugewiesen.

Beachten Sie, dass der ASPECTS-Score sowie akute und nicht-akute ischämische Veränderungen der pc-ASPECTS-Regionen nicht von e-ASPECTS bewertet werden.

2 Verwendungszweck

Dieser Abschnitt enthält wichtige Sicherheitsinformationen zur Verwendung von Brainomix 360 e-ASPECTS

Brainomix 360 e-ASPECTS ist ein Softwarepaket für die Bildverarbeitung, das von geschultem Fachpersonal, einschließlich von Fachärzten und Radiologen für Schlaganfallpatienten, verwendet werden kann. Die Software läuft auf handelsüblicher Standardhardware (physikalische oder virtualisierte Umgebung). Daten und Bilder werden über DICOM-kompatible Bildgebungsgeräte erfasst. Dazu gehören DICOM-Dateien, die über eine Web-Schnittstelle hochgeladen werden.

Brainomix 360 e-ASPECTS bietet sowohl Analyse- als auch Anzeigefunktionen für Hirn-CT-Datensätze von Schlaganfallpatienten. Die Analysefunktionen dienen zur Feststellung von Schlaganfall-bedingten Veränderungen im Bild, zur Berechnung des Ausmaßes dieser Veränderungen (wie ASPECTS, dem Alberta Stroke Program Early CT Score) und zur Visualisierung dieser Veränderungen.

2.1 Indikationen

1. Brainomix 360 e-ASPECTS ist als Hilfsmittel zur Diagnose und Behandlung eines akuten hämorrhagischen oder ischämischen Schlaganfalls indiziert. Bei einem ischämischen Schlaganfall umfasst dies Patienten mit einer Okklusion der MCA (mittleren Hirnarterie) oder einer Okklusion der intrakraniellen ICA (inneren Karotisarterie).
2. Brainomix 360 e-ASPECTS ist für die Verwendung bei kontrastmittelfreien Hirn-CT-Scans dieser Patienten als Entscheidungsunterstützung indiziert und bietet eine automatisierte Bildanalyse sowie eine ASPECTS-Bewertung.
3. Brainomix 360 e-ASPECTS ist für die Verwendung bei kontrastmittelfreien Hirn-CT-Scans zur Hervorhebung vermuteter abnormer Hyperdensitäten im Parenchym durch automatisierte Bildanalyse indiziert.
4. Brainomix 360 e-ASPECTS ist für die Verwendung bei kontrastmittelfreien Hirn-CT-Scans zur Identifizierung vermuteter Okklusionen innerhalb der intrakraniellen ICA und des MCA M1-Asts durch automatisierte Bildanalyse indiziert.

2.2 Gegenanzeigen

Brainomix 360 e-ASPECTS ist nicht geeignet für die Verwendung mit Scandaten, die Bildmerkmale enthalten, die in Verbindung mit:

- Tumoren oder Abszessen
- Spiralen, Shunts, Embolisation oder Bewegungsartefakten
- intrakraniellen Gefäßerkrankungen wie arteriellen Aneurysmen, arteriovenösen Malformationen oder Venenthrombosen stehen

Brainomix 360 e-ASPECTS darf nicht von Personen mit einer körperlichen oder sonstigen Einschränkung verwendet werden, die ihre Fähigkeit zur Wahrnehmung und Interpretation der Softwareausgabe oder zur Interpretation von Bildgebungen ohne die Unterstützung von e-ASPECTS einschränken würden, um etwaige Ausgaben zu bestätigen.

2.3 Warnhinweise

	Brainomix 360 e-ASPECTS sollte nicht als alleinige Grundlage für die Diagnose verwendet werden. Die Ausgabe sollte nicht als endgültige Diagnose angesehen werden. Brainomix 360 e-ASPECTS sollte nur von geschultem Fachpersonal, das Erfahrung in der Interpretation von CT-Bildern hat, als Hilfsmittel bei der Bildinterpretation verwendet werden.
	Brainomix 360 e-ASPECTS sollte nur von Fachpersonal verwendet werden, das von qualifizierten Ausbildern von Brainomix oder berechtigten Dritten eine angemessene Schulung zur Verwendung der Software erhalten hat.
	Brainomix 360 e-ASPECTS erkennt möglicherweise nicht alle chronischen (alten) Infarkte oder stuft diese unter Umständen fälschlicherweise als frische ischämische Schädigungen ein.
	Brainomix 360 e-ASPECTS identifiziert frühe ischämische Veränderungen nicht in jedem Scan richtig und es kann in jeder Region zu falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnissen kommen. Der Benutzer sollte mit eigenem Fachwissen an die Analyse der CT-Bilder herangehen, um zu bestätigen, dass die Software-Ausgabe korrekt ist.
	Brainomix 360 e-ASPECTS zeigt unter Umständen nicht alle abnormen Hyperdensitäten an/erkennt diese nicht, auch wenn eine Benachrichtigung über einen Verdacht auf ICH empfangen wurde, oder hebt unter Umständen Bereiche des Bildes fälschlicherweise hervor, selbst wenn keine Benachrichtigung über einen Verdacht auf ICH vorliegt.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ist nicht für die primäre Interpretation von CT-Bildern bestimmt. Es dient zur Unterstützung der ärztlichen Beurteilung.
	Brainomix 360 e-ASPECTS sollte bei einem ischämischen Schlaganfall außerhalb des ICA/MCA-Gebiets nicht verwendet werden.
	Fälle mit strukturellen Anomalien wie Tumoren oder anderen Bildgebungsartefakten können die Symptome eines ischämischen Schlaganfalls imitieren und so die Leistung von Brainomix 360 e-ASPECTS beeinträchtigen. Brainomix 360 e-ASPECTS sollte in diesen Fällen nicht verwendet werden. Andere Fälle mit nicht-ischämischem Schlaganfall und strukturell normalen Scans können die Symptome eines ischämischen Schlaganfalls ebenfalls imitieren und sollten nicht mit Brainomix 360 e-ASPECTS verarbeitet werden.
	Brainomix 360 e-ASPECTS darf nur innerhalb eines sicheren Netzwerks installiert werden, das angemessenen Schutzmaßnahmen unterliegt, einschließlich Viren-, Malware- und Firewall-Schutz.
	Um das Risiko einer unbefugten Nutzung von Brainomix 360 e-ASPECTS zu verringern, sollten Benutzer keine Zugangsdaten weitergeben und sich abmelden, wenn sie das System nicht benutzen.
	Benutzer, die auf die Web-Benutzeroberfläche von Brainomix 360 e-ASPECTS zugreifen, müssen sicherstellen, dass sie alle Analysen oder diagnostischen Bildüberprüfungen mit einem zugelassenen Radiologie-Anzeigegerät durchführen.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ist nicht für die diagnostische Bildüberprüfung vorgesehen, wenn der Zugriff über Mobilgeräte erfolgt.

	Vor der Bewertung der Verarbeitungsergebnisse sollte die Genauigkeit der automatisch segmentierten ASPECTS-Regionen überprüft werden. Wenn Unstimmigkeiten oder Bedenken hinsichtlich der Qualität der Segmentierung der ASPECTS-Regionen bestehen, sollten die Benutzer die Ergebnisse entweder manuell bearbeiten oder ignorieren.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ersetzt nicht die Notwendigkeit einer Angiographie bei der Abklärung eines ischämischen Schlaganfalls – es dient der Workflow-Priorisierung und Benachrichtigung.
	Für den Fall, dass Brainomix 360 e-ASPECTS ganz oder teilweise nicht mehr verfügbar ist oder verarbeitete Scans nicht abgerufen werden können, sollten Benutzer auf Standardmethoden der Bildinterpretation gemäß dem Behandlungsstandard zurückgreifen.
	Benutzer sollten sicherstellen, dass Benachrichtigungen auf ihren Android- oder iOS-Mobilgeräten aktiviert sind, um Push-Benachrichtigungen zu erhalten.
	Es kann sein, dass eine Benachrichtigung aus verschiedenen Gründen nicht generiert wird oder sich verzögert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: ▪ Algorithmische Datenprobleme oder Verarbeitungsfehler bei der Analyse von Scans (siehe Vorsichtsmaßnahmen für weitere Informationen) ▪ Artefakte, Bewegung oder andere Faktoren, die die Registrierungsqualität beeinträchtigen. Mangelnder Speicherplatz für die Verarbeitung neuer Scans ▪ Ausfall der zugrunde liegenden Serverplattform ▪ Langsame Netzwerkverbindung ▪ Langsame Verbindung zwischen Scanner/PACS und dem Brainomix 360-Server ▪ Langsame Verbindung zum Brainomix 360 Cloud-Dienst über das Internet ▪ Verzögerungen bei den mobilen Benachrichtigungsdiensten von Apple oder Google ▪ Schlechtes Signal auf dem empfangenden Mobilgerät ▪ Energiesparmodi einiger Mobilgeräte können Benachrichtigungen verzögern

2.4 Vorsichtsmaßnahmen

	Die Leistung von Brainomix 360 e-ASPECTS wird durch die Qualität des eingegebenen CT-Bildes begrenzt. Sollte Brainomix 360 e-ASPECTS minderwertige, ungültige oder beschädigte Daten erhalten, kann dies die Fähigkeit des Systems beeinträchtigen, Ergebnisse effektiv zu verarbeiten. Der Benutzer sollte daher das Bild manuell auf Scanner-Artefakte und minderwertige Bilder überprüfen, um fehlerhafte Ergebnisse zu vermeiden.
	Brainomix 360 e-ASPECTS hängt von der ordnungsgemäßen Funktionsweise der zugrunde liegenden Serverplattform, auf der es installiert ist, ab und ist nicht als Datenspeicher gedacht. Die Ergebnisse und Originaldaten sollten in einem PACS-System gespeichert und entsprechend gesichert werden.
	Die Symptome aller Patienten sollten angemessen abgeklärt werden, einschließlich der Durchführung einer Angiographie und/oder anderer geeigneter Maßnahmen gemäß der klinischen Standardpraxis, und das unabhängig von der Ausgabe von Brainomix 360 e-ASPECTS.

	Brainomix 360 e-ASPECTS ist nicht als Ausschlussgerät bestimmt und Fälle, die vom Gerät ohne Benachrichtigung wegen Verdachts auf LVO verarbeitet wurden, dürfen nicht dahingehend interpretiert werden, dass eine LVO ausgeschlossen ist. Alle Fälle müssen gemäß der Standardabklärung für Schlaganfälle einer Angiographie unterzogen werden.
	Bei der Überprüfung von Scans ist Vorsicht geboten, da Brainomix 360 e-ASPECTS unter Umständen eine Benachrichtigung über einen Verdacht auf LVO erzeugt, ohne dass bei einem Scan ein hyperdenses Gefäßelement identifiziert wurde. Zudem kann es unter Umständen vorkommen, dass trotz Identifizierung eines hyperdensen Gefäßelements keine Benachrichtigung über einen Verdacht auf LVO erzeugt wird.
	Brainomix 360 e-ASPECTS wurde ausschließlich bei erwachsenen Patienten validiert. Die Sicherheit und Wirksamkeit bei pädiatrischen Fällen wurde nicht nachgewiesen.

2.5 Klinischer Nutzen

Die Vorteile von Brainomix 360 e-ASPECTS sind wie folgt:

- Dem vorgesehenen Benutzer einen Referenzwert für ASPECTS mit der Sensitivität und Spezifität auf Expertenniveau bereitzustellen.
- Triage und Benachrichtigungspriorisierung bei Verdacht auf LVO oder ICH bereitzustellen.
- Automatische Beschriftung, Visualisierung und volumetrische Quantifizierung abnormer Hyperdensitäten bereitzustellen.

2.6 Verwendungsumgebung

Brainomix 360 e-ASPECTS ist für die Verwendung auf Desktop- oder Mobilgeräten vorgesehen, die von der Gesundheitseinrichtung für den klinischen Gebrauch zugelassen sind. Sowohl die Desktop- als auch die mobile Ansicht bieten die Vorteile des jeweiligen Geräts. Die Vorschaubilder auf Mobilgeräten sollten jedoch nicht zur Unterstützung der Diagnosestellung verwendet werden.

3 Installation und Schulung

Vor der ersten Verwendung von Brainomix 360 e-ASPECTS sind die Installation der Software und eine Schulung für den/die Benutzer erforderlich.

3.1 Installation

Brainomix 360 e-ASPECTS kann in Ihrer Einrichtung über eine cloudbasierte Vorrichtung oder eine lokale virtualisierte bzw. physische Umgebung (je nach Bedarf) bereitgestellt werden. Vor der Installation sammelt Brainomix (oder ein autorisierter Vertriebspartner) alle notwendigen Informationen zur Installation, einschließlich des Standorts, der Strom- und Netzwerkanforderungen und aller Drittsysteme, die mit der Brainomix 360 e-ASPECTS-Software interagieren könnten. Wenden Sie sich an Brainomix oder einen autorisierten Vertriebspartner, um die Installationsmethode und -anforderungen zu erfahren.

Um die Software auf mobilen Geräten (Smartphone und Tablet) zu verwenden, laden Sie die Brainomix 360 Mobile-App auf Ihr Gerät herunter:

- App Store (für iOS-Geräte) (<https://apps.apple.com/us/app/e-stroke-mobile/id1443749413>)
- Google Play (für Android-Geräte) (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainomix.ess.android&gl=US>)

Folgen Sie den Anweisungen Ihres mobilen Geräts, um den Installationsvorgang abzuschließen.

3.2 Schulung

Die Verwendung von Brainomix 360 e-ASPECTS erfordert Kompetenzen in der Interpretation von CT-Scans ohne Kontrastmittel bei der Behandlung von Patienten mit akutem ischämischen Schlaganfall. Vor der ersten Verwendung der Software ist eine Schulung erforderlich. Die Schulung wird im Voraus organisiert und von qualifizierten Ausbildern von Brainomix (oder von Brainomix beauftragten Drittanbietern) zum Zeitpunkt der Erstinstallation für die klinischen und/oder IT-Vertreter Ihrer Einrichtung durchgeführt. Anschließend können neue Benutzer von dem/den designierten leitenden Ausbilder(n) Ihrer Einrichtung in der Verwendung der Software geschult werden. Brainomix wird Ihnen mitteilen, ob nach der ersten Einführung eine weitere Schulung erforderlich ist. Bei Fragen zu den Schulungen wenden Sie sich bitte an den/die leitenden Ausbilder Ihrer Einrichtung oder an Brainomix unter support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>).

4 Systemspezifikationen

4.1 Server

Folgende Angaben gelten als Mindestanforderungen für eine zuverlässige Nutzung der Anwendung:

Prozessor	x86-64 kompatibler Prozessor mit 4 Kernen bei 3,5+ GHz, der AVX-Befehle unterstützt (z. B. Intel Xeon, AMD EPYC)
Speicher	16 GB RAM
Datenträger	500 GB SSD
Netzwerk	1 GB Ethernet
Betriebssystem	Ubuntu Linux 24.04

4.2 Kunden

Die folgenden Webbrowser und Plattformen sollten als Mindestanforderungen für einen zuverlässigen Betrieb der Web-Benutzeroberfläche angesehen werden:

Webbrowser	Unterstützte Version
Google Chrome	Aktuelle Version
Mozilla Firefox	Aktuelle Version
Microsoft Edge	Aktuelle Version
Mobile Safari (iOS)	Aktuelle Version

Plattform	Mindestanforderungen
PC (Desktop oder Laptop)	Speicher: 4 GB RAM Bildschirmgröße: 13,3 Zoll und größer Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Prozessor: Intel oder AMD CPU
Tablet	Speicher: 2 GB RAM Bildschirmgröße: 9,4 Zoll und größer Bildschirmauflösung: 2048 x 1536
Mobiltelefon (iPhone oder Android)	Speicher: 2 GB RAM Bildschirmgröße: 4,7 Zoll und größer Bildschirmauflösung: 1334 x 750

4.3 Sprachen

Die folgenden Sprachen werden in der aktuellen Version der Software unterstützt:

- Bulgarisch (bg)
- Tschechisch (cs)
- Walisisch (cy)
- Deutsch (de)
- Griechisch (el)
- Englisch (en)
- Spanisch (es)
- Finnisch (fi)
- Französisch (fr)
- Kroatisch (hr)
- Ungarisch (hu)
- Italienisch (it)
- Lettisch (lv)
- Litauisch (lt)
- Niederländisch (nl)
- Polnisch (pl)
- Portugiesisch (pt)
- Portugiesisch (Brasilien) (pt-br)
- Rumänisch (ro)
- Serbisch (sr)
- Slowakisch (sk)
- Slowenisch (sl)
- Schwedisch (sv)
- Türkisch (tr)

4.4 Leistung und Lebensdauer

Die folgenden Leistungsangaben gelten für die aktuelle Version der Software:

Verarbeitungszeit (pro CT-Scan)	≤ 1 Minute (nach Abruf vom PACS oder nach Abschluss des Hochladens)
Sensitivität für die Identifizierung von ischämischen ASPECTS-Regionen	min. 50 %
Spezifität für die Identifizierung von ischämischen ASPECTS-Regionen	min. 94 %
Sensitivität für LVO-Erkennung	min. 60 %
Spezifität für LVO-Erkennung	min. untere Grenze des CI 80 %
Sensitivität für ICH-Erkennung	min. 91 %
Spezifität für ICH-Erkennung	min. 94 %

Ein separates technisches Datenblatt für die Brainomix 360-Plattform mit Informationen, die für die IT-Abteilung Ihrer Einrichtung relevant sind, wird zum Zeitpunkt der Erstinstallation bereitgestellt und ist auf Anfrage erhältlich.

Die Produktlebensdauer von Brainomix 360 e-ASPECTS ist für die aktuelle Softwareversion und für die Dauer der vertraglichen Leistungserbringung unbegrenzt, wenn das System auf einer virtuellen Maschine eingesetzt wird, die regelmäßige Software-Aktualisierungen von Brainomix erhält.

5 Scanner- und Bildkompatibilität

Die Brainomix 360 e-ASPECTS-Software wurde entwickelt, um mit kontrastmittelfreien CT-Scans verwendet zu werden, die über das DICOM-Protokoll gesendet werden. Diese Scans sollten die folgenden Merkmale aufweisen:

Schichtdicke	Maximale Schichtdicke von 2 mm
Erfassungsvolumen	Einzelne Großhirnsequenz von der Ebene des Circulus Willis oder darunter bis zum Scheitel
Rekonstruktionsmethode	Weichgewebe-Kernel (keine übermäßige Glättung). Iterative, Deep Learning- oder FBP-Rekonstruktion kann verwendet werden, solange die Kernelgröße nicht zu groß ist.
Fenster	Gehirnfenster (nicht Knochenfenster)

Die Verwendung dickerer Schichten oder einer übermäßig niedrigen Dosis kann dazu führen, dass Bildartefakte eingeschleppt werden und folglich die Bewertungsleistung reduziert wird. Die Verwendung des falschen Fensters führt in der Regel dazu, dass Brainomix 360 e-ASPECTS den Scan nicht verarbeiten kann.

6 Cybersicherheit

Brainomix 360 e-ASPECTS ist in der Regel auf einem Server (entweder physisch oder virtuell) innerhalb des Krankenhausnetzwerks installiert und als solches potenziell anfällig für Malware oder Viren, die in das Krankenhausnetzwerk eindringen, in das Brainomix 360 e-ASPECTS eingebettet ist, oder für jede andere Form des unbefugten Zugriffs.

Brainomix 360 e-ASPECTS stellt keine besondere Schwachstelle für das Krankenhausnetzwerk dar, in das es eingebettet ist. Es ist unwahrscheinlich, dass es absichtlich ausgenutzt wird. Sollten solche Risiken jedoch eintreten, könnten sie zu einer Verfälschung oder einem Verlust von empfangenen, gespeicherten oder gesendeten Verarbeitungsdaten, einer Verfälschung, einem Verlust oder einer Beschädigung von gespeicherten Konfigurationsdaten oder einer Unterbrechung oder Verhinderung des normalen Betriebs führen.

Brainomix 360 e-ASPECTS wurde mit Funktionen und Anforderungen konzipiert und entwickelt, um diese Cybersecurity-Risiken zu mindern. Insbesondere wurde das System so konzipiert, dass:

- Der Benutzerzugriff eingeschränkt und kontrolliert werden kann
- Die Datenspeicherkomponenten nur über die Brainomix Web-Service-Komponenten über ein Netzwerk zugänglich sind
- Nur die Mindestanzahl von Ports, die für alle Funktionen erforderlich sind, offen bleiben
- Die Datenübertragung über nicht vertrauenswürdige Verbindungen gesichert und verschlüsselt ist
- Brainomix das System aus der Ferne überwachen und bei Bedarf Sicherheitsupdates sicher installieren kann

Brainomix 360 e-ASPECTS wurde entwickelt, um ein mehrstufiges Autorisierungsmodell zu verwenden, das auf Benutzerrollen basiert. Dazu gehören Standardbenutzer, die auf das System zugreifen und es nutzen, sowie Administratoren, die über zusätzliche Berechtigungen verfügen, die ihnen Folgendes ermöglichen:

- Zugriff auf Patientendaten oder die Systemkonfiguration
- Einstellen und Verwalten von Sicherheitsoptionen
- Löschen von Patientendaten/Scans
- Ändern oder Entfernen von Benutzern

Das Installationspaket für Brainomix 360 e-ASPECTS enthält eine lokale Firewall, einen Virenschutz und Antimalware-Schutz für den Server. Es ist jedoch wichtig, dass Administratoren den Kundendienst von Brainomix kontaktieren, bevor sie diese Standardschutzmaßnahmen entfernen oder neu konfigurieren, um die Sicherheit des Systems nicht zu gefährden.

Um unbefugten Zugriff zu verhindern, enthält Brainomix 360 e-ASPECTS eingebaute Benutzername/Passwort- und Zwei-Faktor-Authentifizierungsmechanismen, die im Abschnitt „Zugriffskontrolle“ in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden.

Wenn Benutzer oder Administratoren den Verdacht haben, dass die Anmeldedaten eines Benutzers kompromittiert wurden, sollte das Kennwort sofort geändert oder das Konto deaktiviert werden.

Kennwörter können von Benutzern und/oder Administratoren festgelegt und erneut festgelegt werden, müssen jedoch den Mindestanforderungen an die Kennwortkomplexität entsprechen. Die Mindestanforderungen an die Kennwortkomplexität sind auf einen Standardwert festgelegt, können aber von Administratoren konfiguriert werden, um Optionen für eine höhere Komplexität zu ermöglichen, wenn dies erforderlich oder durch lokale Sicherheitsrichtlinien vorgeschrieben ist.

Diese Optionen umfassen die obligatorische Verwendung von Sonderzeichen, die Erstellung schwarzer Listen von Kennwörtern, die nicht verwendet werden dürfen, und die Festlegung des Höchstalters für das Zurücksetzen von Kennwörtern. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist standardmäßig optional, kann aber auch von Administratoren erzwungen werden.

Brainomix 360 e-ASPECTS kann so eingestellt werden, dass Benutzerkonten, die über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität aufweisen, automatisch deaktiviert werden. Für aktive Benutzer gibt es außerdem eine automatische Timeout-Funktion, die Benutzer nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität abmeldet.

Um das Risiko einer unbefugten Nutzung von Brainomix 360 e-ASPECTS zu verringern, sollten Benutzer keine Anmeldedaten teilen und sich sofort abmelden, wenn sie das System nicht benutzen.

Administratoren können sich auch dafür entscheiden, Active Directory-Benutzerkonten (über LDAP) oder SSO mit Cloud-Provider-Integration anstelle des standardmäßigen Brainomix - Authentifizierungssystems zu verwenden.

Obwohl verschiedene Cybersicherheitsmaßnahmen entwickelt und implementiert wurden, hängt die erfolgreiche Bekämpfung von Sicherheitsschwachstellen für Brainomix 360 e-ASPECTS von der Sicherheitsinfrastruktur der Netzwerkumgebung des Krankenhauses, bewährten Praktiken der Benutzer und der Verwaltung durch die Administratoren ab.

Brainomix 360 e-ASPECTS sollte nur innerhalb eines sicheren Krankenhausnetzwerks installiert werden, das durch eine Firewall auf Netzwerkebene, Antiviren- und Antimalware-Software und idealerweise durch Intrusion Detection Software geschützt ist (IDS).


Client-Rechner, die für den Zugriff auf den Server, auf dem Brainomix 360 e-ASPECTS gehostet wird, verwendet werden, sollten ebenfalls durch Antiviren-/Antimalware-Software und IDS geschützt sein und mit Sicherheitspatches und -aktualisierungen auf dem neuesten Stand gehalten werden.

7 Zugriffskontrolle und Benachrichtigungen

7.1 Anmelden


1. Rufen Sie die Serveradresse von Brainomix 360 oder Brainomix 360 Cloud in Ihrem Webbrowser auf.
2. Sie werden aufgefordert, sich anzumelden, wenn Sie die Anwendung in letzter Zeit nicht über Ihren aktuellen Webbrowser verwendet haben. Ihr Systemadministrator kann Ihnen die Anmeldedaten zur Verfügung stellen.

Brainomix 360:



The screenshot shows the 'LOG IN' page for Brainomix 360. It features a dark background with white text. At the top, the title 'LOG IN' is underlined. Below it are two input fields: 'Username' and 'Password', each with a placeholder text of the same name. A link 'Forgot password?' is positioned below the password field. A checkbox labeled 'Keep me signed in' is located below the password field. A 'LOGIN' button is on the right side. At the bottom, a message states 'Your organisation has enabled Single-Sign On with Microsoft Entra ID' with a question mark icon, and a 'CONTINUE WITH MICROSOFT ENTRA ID' button is below it.


Brainomix 360 Cloud:



The screenshot shows the 'SELECT ORGANISATION' page for Brainomix 360 Cloud. It has a dark background with white text. The title 'SELECT ORGANISATION' is underlined. Below it, a prompt 'Please enter your organisation code' is followed by a question mark icon. A large input field labeled 'Organisation' is provided. A 'NEXT' button is located at the bottom right.

1. Geben Sie bei der Anmeldung in Brainomix 360 Cloud Ihre Einrichtungs-ID ein.
2. Wenn Ihre Einrichtung die Einmalanmeldung (SSO) aktiviert hat, drücken Sie auf 'Weiter mit Microsoft Entra ID' und folgen Sie dem Standard-Anmeldeverfahren. Alternative:
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
4. Markieren Sie das Kontrollkästchen nicht, wenn Sie nach einer 1 Stunde oder beim Verlassen des Browsers automatisch abgemeldet werden möchten. Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie auf diesem Computer angemeldet bleiben möchten, bis Sie sich abmelden.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Anmelden'.

3. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts anfordern, indem Sie auf den Text 'Passwort vergessen?' klicken.

A dark-themed form titled "PASSWORD RESET". Below the title is a text input field with the placeholder "Please enter your email". Below the input field is a line of text: "If your email address is registered with an account, you will receive a link via email to reset your password." At the bottom right of the form is a button labeled "SEND RESET EMAIL".


PASSWORD RESET

Please enter your email

If your email address is registered with an account, you will receive a link via email to reset your password.

SEND RESET EMAIL

4. Wenn Sie sich für die Zwei-Faktor-Authentifizierung registriert haben, werden Sie ggf. aufgefordert, einen Token-Code aus Ihrer Authentifizierungsapp einzugeben.

A dark-themed form titled "TWO-FACTOR VERIFICATION". Below the title is a text input field with the placeholder "Enter code from Google Authenticator" and a question mark icon. Below the input field is a checkbox labeled "Trust this client". At the bottom right of the form is a button labeled "VERIFY".

TWO-FACTOR VERIFICATION

Enter code from Google Authenticator ?

e.g. 123456


☒ Trust this client

VERIFY

- Wählen Sie 'Diesem Client vertrauen', um zu vermeiden, dass Sie auf diesem Gerät oder in diesem Browser erneut nach einem Token-Code gefragt werden. Verwenden Sie diese Option nicht auf gemeinsam genutzten Geräten.
- Wenn Sie keinen Token-Code von Ihrer Authentifizierungsapp erhalten können, geben Sie einen unbenutzten Wiederherstellungscodes aus der Liste ein, die bei der Registrierung für die Zwei-Faktor-Authentifizierung bereitgestellt wurde.

7.2 Abmelden

1. Öffnen Sie das Menü und scrollen Sie ganz nach unten.

A dark-themed menu with two items: "Your profile" and "Logout". Each item has a right-pointing chevron icon to its right.


Your profile >

Logout >

2. Klicken Sie auf **Abmelden**

7.3 Ändern des Passworts


1. Öffnen Sie das Menü und scrollen Sie ganz nach unten.



2. Klicken Sie auf **Ihr Profil**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte mit der Bezeichnung **Passwort ändern**.
4. Geben Sie Ihr altes und Ihr neues Passwort ein. (Die Passwörter müssen die Mindestanforderungen an die Komplexität erfüllen: 8 Zeichen mit mindestens einer Zahl und einem Buchstaben.)
5. Klicken Sie auf **Speichern** oder drücken Sie die Eingabetaste.

7.4 Zwei-Faktor-Authentifizierung

1. Öffnen Sie das Menü und scrollen Sie ganz nach unten.




2. Klicken Sie auf **Ihr Profil**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte mit der Bezeichnung **Zwei-Faktor-Authentifizierung**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Registrieren**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Registrierung.

7.5 Adressbuch

Zugriff


1. Auf das Adressbuch kann jederzeit über das Menü in der App und die Desktop-Benutzeroberfläche zugegriffen werden, wenn Benutzer in Ihrer Einrichtung Telefonnummern

gespeichert haben.



Nutzung

1. Alle Benutzer und Einträge mit einer zugewiesenen Telefonnummer werden angezeigt und können angerufen werden.
2. Benutzer, die ihren Status auf 'auf Abruf' gesetzt haben, werden deutlich gekennzeichnet, und dieser Status kann als Filter verwendet werden.
3. Benutzer können einen anderen Benutzer über den Namen suchen, indem sie Text in das Suchfeld eingeben.
4. Bei einem Anruf an einen anderen Benutzer wird der Anruf protokolliert und kann in der Anrufliste beider Benutzer eingesehen werden.




7.6 Bereitschaftsstatus

Konfiguration


1. Ihr Bereitschaftsstatus kann über die App konfiguriert werden. Sie können wählen, ob Sie Bereitschaft haben möchten oder nicht und für welche Einrichtung Sie in Bereitschaft sein

möchten.



7.7 App-Benachrichtigungen

1. Sie können wählen, ob Sie die Benachrichtigungen immer erhalten möchten, ob Sie sie nur erhalten möchten, wenn Sie für eine Einrichtung im Bereitschaftsdienst sind, oder ob Sie die Benachrichtigungen überhaupt nicht erhalten möchten.
2. Diese Einstellungen können konfiguriert werden, indem Sie im App-Menü für eine Einrichtung auf 'Benachrichtigungen' tippen.



Um Benachrichtigungen von der Brainomix 360 Mobile-App zu erhalten, müssen Sie sicherstellen, dass Benachrichtigungen auf Ihrem Mobilgerät aktiviert sind. Dies kann zum Zeitpunkt der Installation der Brainomix 360 Mobile-App auf Ihrem Mobilgerät erfolgen oder später anhand der folgenden Schritte eingestellt werden.

iOS

- Starten Sie die App Einstellungen.
- Tippen Sie auf Benachrichtigungen.
- Scrollen Sie zu Brainomix 360 Mobile > Tippen.
- Schalten Sie die Schaltfläche **Benachrichtigungen zulassen** auf **Ein**, um Benachrichtigungen zu aktivieren.
- Schalten Sie die Schaltfläche **Zeitabhängige Benachrichtigungen** auf **Ein** (Benachrichtigungen werden immer sofort zugestellt und verbleiben eine Stunde lang auf dem Sperrbildschirm).
- Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Benachrichtigungen – es wird empfohlen, alle auszuwählen (Sperrbildschirm, Benachrichtigungszentrum und Banner) und den **Bannerstil** auf **Dauerhaft** einzustellen.
- Schalten Sie die Schaltfläche **Töne und Abzeichen** auf **Ein** (empfohlen).

Android

- Starten Sie die App Einstellungen.
- Tippen Sie auf Apps.
- Scrollen Sie zu Brainomix 360 Mobile > Tippen.
- Tippen Sie auf Benachrichtigungen.
- Schalten Sie die Schaltfläche **Benachrichtigungen zulassen** auf **Ein**, um Benachrichtigungen zu aktivieren, einschließlich Nachrichten, Töne und Vibration.
- Schalten Sie die Schaltfläche **Lautlos anzeigen** auf **Aus** (empfohlen).
- Schalten Sie die Schaltfläche **Als Priorität festlegen** auf **Ein**, um den Bildschirm einzuschalten, während die Funktion 'Nicht stören' eingeschaltet ist (empfohlen).

8 Desktop-Schnittstelle

8.1 Patientenliste


The screenshot displays the BRAINOMIX patient list interface. At the top, there is a menu icon and the BRAINOMIX logo. Below the header, a search bar and a sort dropdown (set to 'Last updated (newest first)') are visible. The main content area lists six patients, each with a checkbox, name, hospital, patient ID, ACC, and BX ID. The first patient, William Parry, has a status of 'Suspected LVO' and 'CTA' with an 'Intervention' tag. Below his name, three scans are listed: NCCT (2018-12-27 09:01:27, Completed), CTA (2018-12-27 09:03:07, Completed), and CTP (2018-12-27 09:09:36, Completed). The last updated time for this patient is 2026-03-13 16:42:06 GMT. The other patients are Mary Malone, Roger Parslow, Lee Scoresby, Oliver Payne, and Marisa Coulter. The interface also includes a 'Show Scans' button for each patient and a 'Show 20 per page' dropdown at the bottom right.

- Die Seite mit der Patientenliste zeigt alle Patienten an, die Ihnen zur Verfügung stehen. Standardmäßig werden sie in der Reihenfolge des zuletzt aktualisierten Patienten aufgelistet.
- Blättern Sie durch die Patientenseiten, indem Sie auf die Seitenzahlen unterhalb der Liste klicken.
- Klicken Sie auf einen Patienten, um ihn im Patienten-Viewer zu öffnen (siehe den Abschnitt Patienten-Viewer).
- Klicken Sie auf das Symbol , um die Patientendetails zu erweitern und die Scandetails und eine Miniaturvorschau der einzelnen Scans anzuzeigen.


8.2 Suchen nach Patienten

Sortieren

Sortieren Sie die Patientenliste durch Klicken auf die Schaltfläche 'Sortieren nach'.




Wählen Sie eine Sortierpräferenz aus der Dropdown-Liste.




Suche

Suchen Sie nach einem Patienten über den Namen, die Zugangsnummer oder die ID, indem Sie Text in das Suchfeld oberhalb der Patientenliste eingeben.



Filtern

Filtern Sie die Patienten, indem Sie auf die Schaltfläche 'Filter' klicken.



Wählen Sie die Optionen, nach denen Sie filtern möchten. In der Patientenliste werden nur die Patienten angezeigt, deren Serien oder Ergebnisse den ausgewählten Filtern entsprechen.

FILTERS

FAVORITES

☐ Show Favorites

LABELS

☐ Suspected ICH Suspected ICH
☐ Suspected LVO - NCCT Suspected LVO NCCT
☒ Suspected LVO - CTA Suspected LVO CTA
☐ Flagged for intervention Intervention

DELETED SERIES

LAST UPDATED

INSTITUTION NAME

STATE

WORKFLOW

SCANNER

ORIGINAL ORGANISATION

Clear Filters

8.3 Exportieren von Ergebnissen

1. Wählen Sie alle Patienten aus, die Sie einbeziehen möchten, indem Sie auf ihre entsprechenden Kontrollkästchen klicken. Wiederholen Sie dies für alle relevanten Seiten der Patientenliste.

Menu

BRAINOMIX®

☒ Select all on page
 Search

Sort by: Last updated (newest first)

Export

Series tools

Filters: 0 applied

☒ William Parry Suspected LVO NCCT CTA Intervention	Export selected scans Export all scans	☆ ⋮
Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y M • Patient ID: 1746127 • ACC: 564EX127 • BX ID: cfd8b		
Last Updated: 2026-03-13 16:53:56 GMT Show 3 Scans		
☒ Mary Malone		☆ ⋮
Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y F • Patient ID: 273802 • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 2a0b48		
Last Updated: 2026-03-13 16:41:20 GMT Show 3 Scans		
☒ Roger Parslow Suspected ICH		⚠ 3 warnings ☆ ⋮
Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y M • Patient ID: 1524011 • ACC: 63BICH011 • BX ID: ea0966		
Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT Show 1 Scan		
☒ Lee Scoresby Suspected ICH		⚠ 1 warning ☆ ⋮
Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y M • 1952-09-09 • Patient ID: 4580060 • ACC: 658BMC002 • BX ID: 3106c9		

Tipp: Um alle Patienten auf einer Seite auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen in der Kopfzeile.

Tipp: Sie können die Einstellung 'X pro Seite anzeigen' am unteren Rand der Patientenliste ändern, um mehr Patienten pro Seite anzuzeigen.

Tipp: Sie können einen Patienten erweitern und innerhalb des Patienten Scans zum Exportieren auswählen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Exportieren' und wählen Sie, ob nur die ausgewählten Scans oder alle Scans auf allen Seiten exportiert werden sollen.
3. Eine Tabelle (XLSX-Format) wird heruntergeladen.

- Dieser Dateityp kann in verschiedenen Anwendungen geöffnet werden, darunter Microsoft Excel.
- Die heruntergeladene Datei enthält mehrere Tabellenblätter mit einer Zeile pro Patient, mit Identifikationsdaten, Ergebnissen und Anweisungen zur Interpretation der exportierten Informationen.

8.4 Patienten-Viewer

Übersicht

Beim Öffnen eines Patienten aus der Patientenliste gelangen Sie zum Patienten-Viewer.

In der linken Seitenleiste finden Sie patientenspezifische Informationen:

- Anzeige: alle verfügbaren Scan-Details für den ausgewählten Patienten anzeigen
- Serie: die vollständigen Metadaten für diesen Scan sowie alle Verarbeitungswarnhinweise anzeigen
- Kommunikation: Nachrichten für diesen Patienten anzeigen und senden

Oberhalb des Patienten-Viewers und der Seitenleiste befindet sich die Patienteninformationskarte. Hier werden die Patientendetails angezeigt und Sie können einen Patienten mit der Option 'Stern' als Favoriten markieren. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen möglicherweise entfernt wurden, wenn der Patient pseudonymisiert wurde, z. B. wenn er per Peer-to-Peer-Synchronisierung empfangen wurde oder Sie den Patienten in der Brainomix 360-Cloud anzeigen.



Anzeigen von Scans

Unterhalb der Patienteninformationskarte und oberhalb der Bildansicht befindet sich eine Leiste mit Steuerelementen für die Bildansicht. Diese sind von links nach rechts Folgende:

- Die Ansichtsauswahl ('Quelle' wird angezeigt). Dadurch kann die Ansicht schnell gewechselt werden.
- Das Steuerelement für die Plattendicke. Sofern verfügbar, ermöglicht dies die Anpassung der Plattendicke durch Kombination angrenzender Schichten mit Mittelwert-, MIP- oder MinIP-Filtern.
- Das Steuerelement für die Fenster. Damit können Sie die Fensterbreite und das Fensterniveau einstellen und mehrere Voreinstellungen vornehmen. Das Fenster kann auch durch Klicken mit der rechten Maustaste und Ziehen der Maus angepasst werden.

- Die Umschaltfunktion für die Überlagerung. Auf diese Weise können einzelne oder alle Überlagerungen ein- oder ausgeschaltet werden.
- Die MPR-Steuerung. Sofern verfügbar, können Sie durch Drücken dieser Schaltfläche zu einer axialen, sagittalen oder koronalen Ansicht wechseln.
- Die Schaltfläche 'Vergrößern'. Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, wird die Bildansicht so erweitert, dass sie den größtmöglichen Platz einnimmt.

Die Hauptkomponente des Patienten-Viewers ist die Bildansicht. Dies zeigt die aktuelle Schicht der ausgewählten Ansicht an, wobei das entsprechende Fenster, die Platte und die MPR-Filter angewendet wurden. Überlagerungen für Informationen und Algorithmusergebnisse können über dem Basisbild angezeigt werden.

In der oberen rechten Ecke der Bildansicht werden Indikatoren aus den Algorithmusergebnissen angezeigt, zusammen mit den Bearbeitungen des Benutzers oder Kennzeichnungen für eine Intervention.

Unterhalb der Bildansicht befindet sich das Steuerelement für die Schichten. Sie können durch alle Schichten blättern, indem Sie den Regler ziehen.

Fensterung

Pixel in einem CT-Scan werden in Hounsfield-Einheiten (HU) gemessen und müssen für die Anzeige in Graustufen konvertiert werden. Die Steuerelemente für Fensterniveau und -breite im Menü **Fenster** erlauben es Ihnen, den Bereich der angezeigten HU-Werte anzupassen.

Diese voreingestellten Fenster helfen Ihnen bei der manuellen Beurteilung des Scans:

- **Gewebe:** Bietet eine gute Gesamtübersicht über das Hirngewebe.
- **Gefäße:** Bietet einen besseren Kontrast, um erweiterte Gefäße besser sichtbar zu machen.
- **Knochen:** Gut geeignet zur Darstellung von Knochenstrukturen.
- **Hoher Kontrast:** Bietet eine kontrastreiche Ansicht, um frühe hypodense Veränderungen besser sichtbar zu machen.

Fensterbreite und -niveau können auch durch Rechtsklicken und Ziehen der Maus über dem Viewer eingestellt werden, während die Maus nach oben/unten (zur Änderung des Niveaus) oder nach links/rechts (zur Änderung der Breite) bewegt wird.

Details zur Serie

Das Datum und die Uhrzeit der Serie werden in einer Überlagerung in der oberen linken Ecke der Bildansicht angezeigt, zusammen mit den Anzeigeparametern wie Schichtdicke und Schichtnummer. Weitere Details finden Sie in der Registerkarte 'Serie'. Einige Details werden aus den DICOM-Serien-Tags der Quelle entnommen (z. B. Studienbeschreibung), während andere aus der Software selbst abgeleitet werden (z. B. Algorithmusversion).

Exportieren von Ergebnissen

Unter der Ergebnisübersicht in der Registerkarte 'Ansicht' befinden sich Schaltflächen zum Herunterladen der Originalquellen- und Ergebnisbilder im DICOM-Format für alle verfügbaren Serien.

8.5 e-ASPECTS-Anzeige



Ergebnisübersicht

Der ASPECTS-Score und die zugehörigen Informationen werden in der Ansicht 'Ergebnisübersicht' angezeigt. Diese enthält die folgenden Informationen.

ASPECTS

Dieser Abschnitt zeigt den von e-ASPECTS berechneten ASPECTS-Score und eine Liste der Regionen, die als akute Hypodensität bewertet wurden und daher den ASPECTS-Score reduziert haben.

Volumen – Hyperdensität



Brainomix 360 e-ASPECTS wird versuchen, abnorme Hyperdensitäten auf einem CT-Scan ohne Kontrastmittel zu erkennen. Abnorme Hyperdensitäten zeigen Regionen mit erhöhten HU-Werten im Gehirn an, verglichen mit dem, was normalerweise bei einem gesunden Hirn-CT-Scan zu erwarten wäre. Häufige Ursachen für solche Hyperdensitäten bei schlaganfallverdächtigen Patienten sind akute Blutungen, da frisches Blut normalerweise stärker hyperdens ist als graue oder weiße Substanz, oder Kontrastmittelleckagen, wobei dies bei einem kontrastmittelfreien CT-Scan nicht auftreten sollte, sofern nicht kürzlich Kontrastmittel verabreicht wurde.

Werden auf dem CT-Scan ein oder mehrere hyperdense Regionen erkannt, werden diese segmentiert und als einzelne Überlagerungen dargestellt. Die Farben dienen lediglich der visuellen Unterscheidung zwischen den segmentierten Regionen und haben für sich genommen keine Bedeutung.

Die Volumen der segmentierten Region(en) werden in der Ergebnisübersicht wie folgt angezeigt:

- Gesamtzahl der hyperdensen Volumen – jedes mit eigener Farbüberlagerung (maximal 5)
- Gesamtvolumen der erkannten Hyperdensität (in Millilitern) mit einer Aufschlüsselung nach den einzelnen segmentierten Volumen

Jedes einzelne hyperdense Volumen kann aus dem gesamten segmentierbaren Volumen herausgefiltert werden. Hinweis: Diese Funktion ist nur im Viewer verfügbar, und gefilterte Ergebnisse können nicht als Ausgabe gespeichert werden.

Obwohl die Volumenmessung(en) der/den segmentierten Region(en) korrekt entsprechen sollte(n), muss der Benutzer visuell überprüfen, ob die segmentierte(n) Region(en) in Bezug auf die zugrunde liegenden Hyperdensitäten im Bild korrekt ist/sind.

Beachten Sie, dass dieses Merkmal nicht mit dem Merkmal 'Gefäßhyperdensität' identisch ist, mit dem versucht wird, Okklusionen oder Verkalkungen in Gefäßen zu erkennen.

Wenn ein großes hyperdenses Volumen erkannt wird, werden die Ergebnisse für das hypodense Volumen, den ASPECTS-Score und die hyperdensen Gefäße unterdrückt. Wenn ein Administrator die manuelle Bearbeitung aktiviert hat, kann diese Funktion verwendet werden, um die unterdrückten Ergebnisse wiederherzustellen.

Volumen – Akute/nicht-akute Hypodensität

Das Volumen von hypodensen Anzeichen in ml, wie von Brainomix 360 e-ASPECTS berechnet. Dies ist ein Maß der 'Heatmap'. Das akute Hypodensitätsvolumen wird auch als '(NCCT)-Kernvolumen' bezeichnet. Die Genauigkeit der Volumenberechnung hängt von der Qualität der 'Heatmap' ab, die manuell verifiziert werden sollte.

Administratoren können zusätzlich die Berechnung der Netto-Wasseraufnahme, basierend auf dem Schweregrad der Hypodensität innerhalb der akut hypodensen Region, aktivieren. Sofern diese Option aktiviert ist, wird dieser Wert als prozentualer Anteil unterhalb des akuten hypodensen Volumens angezeigt, wenn eine ausreichende Hypodensität festgestellt wird.

Hyperdense Gefäße



e-ASPECTS versucht, lokalisierte Gefäßhyperdensitäten auf CT-Scans ohne Kontrastmittel zu identifizieren, die typischerweise auf Okklusionen (Gerinnsel) oder Verkalkungen hinweisen. Bei der Klassifizierung dieser Merkmale werden Bildeigenschaften wie die Form der Hyperdensität und HU-Werte innerhalb eines hyperdensen Gefäßes berücksichtigt, wobei Verkalkungen im Vergleich zu Gerinnseln in der Regel höhere und schärfer definierte HU-Werte aufweisen. Der hyperdense Bereich wird segmentiert und in der Ausgabe des Ergebnisbildes hervorgehoben.

Wenn eine oder mehrere Okklusionen erkannt werden, wird die Länge der Okklusion auf der Grundlage einer Messung der längsten Achse der segmentierten Region, die mit der Okklusion verbunden ist, angegeben. Werden auf einem Hirn-CT-Scan Okklusionen in beiden Hemisphären festgestellt, werden die Längenmessungen pro Hemisphäre angegeben.

Beachten Sie, dass einige Hyperdensitäten von der Software möglicherweise nicht erkannt werden, und dass auch falsch-positive Meldungen angezeigt werden können. Es ist auch möglich, dass diese Merkmale außerhalb von Gefäßen hervorgehoben werden. In diesem Fall wäre die Hyperdensität nicht auf eine Okklusion zurückzuführen, auch wenn sie fälschlicherweise als solche erkannt wird.

Verarbeitet

Die Ansicht 'Verarbeitet' zeigt das CT-Bild nach der Verarbeitung und Analyse mit e-ASPECTS an. Die Schichten sind mit Anmerkungen versehen, die die Segmentierung der ASPECTS-Regionen und die identifizierten hypodensen und hyperdensen Merkmale zeigen.

Überlagerungen

Individuelle Überlagerungen, die in der Ansicht 'Verarbeitet' angezeigt werden, sind Folgende:


- **ASPECTS-Regionen:** Zeigt die Segmentierung der ASPECTS-Regionen.
- **Betroffene Regionen:** Hebt die ASPECTS-Regionen hervor, die akute hypodense Veränderungen aufweisen.
- **Akute Hypodensität:** Hebt Bereiche mit akuten hypodensen Veränderungen hervor.
- **Nicht-akute Hypodensität:** Hebt Bereiche mit älteren hypodensen Veränderungen hervor, die vom e-ASPECTS-Algorithmus ausgeschlossen worden sind.
- **Hyperdensität:** Hebt Bereiche mit auffälligen hyperdensen Veränderungen hervor. Wenn einzelne hyperdense Regionen segmentiert werden, können die einzelnen Volumen ein- und ausgeschaltet werden.
- **Hyperdenses Gefäß:** Hebt hyperdense Gefäße hervor, die als Okklusionen erkannt wurden.
- **Verkalkung:** Hebt hyperdense Gefäße hervor, die als Verkalkung erkannt wurden.
- **pc-ASPECTS-Regionen:** Zeigt die Segmentierung der pc-ASPECTS-Regionen an.
- **Mittig liegende Sagittalebene:** Zeigt die Anzeigelinie der mittig liegenden Sagittalebene an.
- **Textanmerkungen:** Zeigt die seitlichen Anzeigen und andere Informationstextüberlagerungen an.

Warnhinweise

Wenn in der Schaltfläche 'Info' oder 'Serie' ein Ausrufezeichen angezeigt wird, liegen Warnungen von e-ASPECTS vor, die die Genauigkeit der Bewertung beeinträchtigen können.

8.6 Manuelle Ergebnisse

Wenn Ihr Administrator diese Funktion aktiviert hat, können Sie das automatische Ergebnis bearbeiten und Ihr eigenes manuelles Ergebnis auf Brainomix 360 speichern. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie Scans auf der Brainomix 360 Cloud anzeigen.



Sie können das automatische Ergebnis bearbeiten, indem Sie Ihren eigenen Score speichern. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol 'Bearbeiten' unten rechts in der Bildansicht, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen.

Klicken Sie auf die Namen der Regionen, die zum ASPECTS-Score beitragen sollen, um Ihren manuellen ASPECTS-Score zu berechnen.

Sie können dann auswählen, ob Sie Ihr Ergebnis speichern oder verwerfen möchten.


9 Mobile Anzeige

9.1 Patientenliste

Wenn Sie über Ihr Mobilgerät auf Brainomix 360 oder Brainomix 360 Cloud zugreifen, können Sie eine Liste aller Patienten anzeigen. Tippen Sie auf einen Patienten, um den Patienten-Viewer zu öffnen. Wenn Sie nach unten wischen, wird die Patientenliste aktualisiert.

Drücken Sie auf das Symbol ☆, um einen Patienten als Favoriten zu markieren, oder auf das Symbol ★, um die Markierung eines Favoriten aufzuheben.

Tippen Sie auf das Symbol , um die Patienten- oder BX-ID in Ihre Zwischenablage zu kopieren.



9.2 Patienten-Viewer

Alle Serien

Beim Öffnen eines Patienten aus der Patientenliste wird die Ansicht 'Alle Serien' angezeigt. Alternativ können Sie auch auf die Schaltfläche ALLE in der unteren linken Ecke tippen, wenn Sie sich bereits im Viewer befinden. Sie können alle Serien und Ergebnisse für diesen Patienten sehen und zu jeder verfügbaren Ansicht navigieren, indem Sie auf die Miniaturansicht tippen.

Sie können auch die modalitätsspezifischen Schaltflächen am unteren Rand verwenden, um direkt zur Ergebnisansicht eines Scans zu gelangen:

- NCCT: sofern verfügbar, den kontrastmittelfreien CT-Scan für diesen Patienten und alle zugehörigen Ergebnisse anzeigen
- CTA: sofern verfügbar, das CT-Angiogramm für diesen Patienten und alle zugehörigen Ergebnisse anzeigen
- CTP: sofern verfügbar, den CT-Perfusionsscan für diesen Patienten und alle zugehörigen Ergebnisse anzeigen
- MRT: sofern verfügbar, MRT-Scans für diesen Patienten und alle zugehörigen Ergebnisse anzeigen

Bitte beachten Sie, dass die Brainomix 360-Plattform Ergebnisse von allen lizenzierten Produkten anzeigt. Dieser Screenshot zeigt zusätzlich zu e-ASPECTS auch Ergebnisse von anderen Produkten an.

Info

GO

☆ William Parry

Svalbard Hospital

Patient ID: 1746127


• BX ID: 806a10

64Y | M

Scanned: 2018-12-27 09:01:27

Suspected LVO

NCCT



Source



Processed

ASPECTS score: 7

Right side: M1 |

Lentiform | Insula


Volume: 25 ml

Results

Scanned: 2018-12-27 09:03:07

Suspected LVO

CTA



Source



Processed



Vessel MIPs



3D Vessels (Spin)



3D Vessels (Tilt)



Phase


Vessel density ratio: 59 %

Lower vessel density side: Right

Results

Scanned: 2018-12-27 09:09:36

CTP




Source



Overview




Mismatch



AIF/VOF curves




AIF/VOF MIP




rCBF





rCBV



Tmax









ALL

NCCT

CTA

CTP


MR

Anzeigen von Scans

Das Layout des Viewers zeigt oben einige patientenspezifische Steuerelemente an, über die Sie Zugriff auf Folgendes haben:

- Info: Anzeige der vollständigen Metadaten für diesen Scan sowie aller Verarbeitungswarnungen
- Kommunikation: Anzeige und Versand von Nachrichten für diesen Patienten
- GO: Kennzeichnung dieses Patienten für eine Intervention
- Freigabe und Support über Dropdown: Zugriff auf 'An den Support senden' und die Patientenfreigabe
- Klinische Daten über Dropdown: Eingabe relevanter klinischer Angaben für diesen Patienten
- Eignungsprüfung: Prüfung der Eignung des Patienten anhand klinischer und/oder studienbezogener Richtlinien

Mit der Pinch-Geste können Sie den Scan zoomen, um mehr Details zu sehen, oder Sie können ihn durch Ziehen mit zwei Fingern verschieben.





9.3 Kommunikation

Wenn Ihr Systemadministrator dies aktiviert hat, können Sie Nachrichten für einen Patienten anzeigen und versenden. Wenn neue Nachrichten eintreffen, können sie im Chat-Bereich angezeigt werden, und bei entsprechender Konfiguration wird eine Benachrichtigung über die mobile Anwendung an alle registrierten Benutzer gesendet.

Neue Nachrichten werden am unteren Rand des Chat-Bereichs angezeigt, sobald sie eingehen.

Zum Versenden einer Nachricht tippen Sie diese in das untere Feld ein und klicken Sie rechts auf die Schaltfläche 'Senden'.

Um zu sehen, wer eine Nachricht gelesen hat, drücken Sie auf das Symbol 'Info'. Zum Schließen der Liste 'Gelesen von' klicken Sie auf das Symbol 'Schließen'.



9.4 Einen Patienten für eine Intervention kennzeichnen


Wenn diese Funktion von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde, können Sie einen Patienten über den Patienten-Viewer manuell für eine Intervention kennzeichnen.

Drücken Sie auf 'GO' und wischen Sie zum Bestätigen. Alle Benutzer mit aktivierten Benachrichtigungen über Interventionen werden benachrichtigt, dass der Patient gekennzeichnet wurde.

Die Kennzeichnung kann bei Bedarf wieder aufgehoben werden. Benutzer mit aktivierten Benachrichtigungen über Interventionen werden über die Aufhebung der Kennzeichnung informiert.

Außerdem ist es möglich, eine Intervention für einen bereits gekennzeichneten Patienten als abgeschlossen zu kennzeichnen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein ausschließlich manuelles Kommunikationstool handelt und dass diese Funktion nicht durch automatisierte Ergebnisse ausgelöst werden kann.



9.5 Klinische Daten

Wenn Ihr Systemadministrator diese Funktion aktiviert hat, wird der Abschnitt mit den klinischen Daten auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Auf diese Weise können zusätzliche klinische Daten für den Patienten gespeichert werden. Alle zuvor gespeicherten klinischen Daten können eingesehen werden, indem Sie auf 'Historie anzeigen' klicken.

Ein vorberechneter NIHSS-Gesamtscore kann direkt eingegeben werden, oder Sie können ihn interaktiv berechnen, indem Sie auf 'Score berechnen' klicken und den Score für jedes Element in das Formular eingeben. Der NIHSS-Score nach 24 Stunden kann auf die gleiche Weise hinzugefügt werden.

Alle anderen Felder für klinische Daten können bearbeitet werden, um die klinischen Informationen hinzuzufügen, oder leer gelassen werden, wenn sie nicht relevant sind.

Die hier eingegebenen klinischen Daten werden in den PDF-Patientenbericht und die exportierten XLSX-Tabellen aufgenommen.

The screenshot shows the 'Assessment' tab of a clinical data form. The form is divided into two main sections: 'Assessment' and 'Intervention'. The 'Assessment' section contains the following fields:

- Premorbid mRS:** A grid of buttons labeled 'Unknown', '0', '1', '2', '3', '4', and '5'.
- Affected hemisphere:** A row of buttons labeled 'Unknown', 'Left', 'Right', and 'Both'.
- NIHSS:** A text input field followed by a 'Calculate score' button.
- Affected hemisphere:** A label above a row of buttons labeled 'Unknown', 'Left', 'Right', and 'Both'.
- Last known well (GMT):** A date and time picker button labeled 'Tap to select date and time'.
- Symptoms discovered (GMT):** A date and time picker button labeled 'Tap to select date and time'.
- Door in (GMT):** A date and time picker button labeled 'Tap to select date and time'.
- Door out (GMT):** A date and time picker button labeled 'Tap to select date and time'.
- CSC door in (GMT):** A date and time picker button labeled 'Tap to select date and time'.

At the bottom of the form, there is a 'Save changes' button.

9.6 Eignungsprüfung

Sofern dies von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde, wird die Eignung des Patienten anhand klinischer und/oder studienbezogener Richtlinien auf der Registerkarte 'Eignungsprüfung' bewertet.

Standardmäßig stehen Systemadministratoren Kriterien für die klinischen ESO- und AHA-Richtlinien sowie für die Studien TRACE-III, EXTEND und WAKE-UP zur Aktivierung zur Verfügung.

Eine Zusammenfassung der Eignung des Patienten für die konfigurierten Richtlinien wird auf der Registerkarte 'Eignungsprüfung' und im Patientenbericht angezeigt.

Die Eignung für jedes Kriterium wird anhand der automatischen Bildgebungsergebnisse für jeden Scan und, sofern vorhanden, anhand der klinischen Daten ermittelt. Für die Perfusionskernbewertung wird das Volumen der Kernkarte verwendet. Eine Aufschlüsselung der Eignung des Patienten für jedes Kriterium innerhalb jeder Richtlinie finden Sie auf der Registerkarte 'Eignungsprüfung'.

Info

GO

☆ William Parry

64Y | M

Svalbard Hospital

Patient ID: 1746127

BX ID: 806a10

ESO Thrombectomy Guideline (<6 hours)

Data missing

NCCT

CTA

CTP

MRI DWI

MRI DSC

Clinical data

NIHSS >= 6

Missing

Information missing

0-6 hours from last known well

Missing

Information missing

Any occlusion

Match

2018-12-27 09:03:07 • Occlusion: ICA / Proximal MCA

ASPECTS >= 6

Match

2018-12-27 09:01:27 • ASPECTS: 7

Hide Criteria

ALL

NCCT

CTA

CTP

MR

9.7 Freigeben von Patienten

Sofern dies von Ihrem Administrator aktiviert wurde, können Sie einen pseudonymisierten Patienten über einen Freigabelink mit jemandem innerhalb oder außerhalb Ihrer Einrichtung teilen.

So erstellen Sie einen Freigabelink:

- Klicken Sie im Patienten-Viewer auf die Schaltfläche 'Freigabe und Support'.
- Klicken Sie auf der Registerkarte 'Patient' auf 'URL teilen' oder 'URL in Zwischenablage kopieren'. Beachten Sie bitte, dass diese Schaltfläche deaktiviert ist, wenn die Freigabe nicht aktiviert wurde.
- Wählen Sie aus den verfügbaren Freigabeoptionen aus oder fügen Sie den Link in eine E-Mail oder eine Nachrichten-App ein.

Wichtige Hinweise zu Freigabelinks

- Das Öffnen des Freigabelinks gewährt Zugriff auf alle Scans eines einzigen Patienten.
- Der Link wird pseudonymisiert, sodass der Empfänger keine personenbezogenen Daten im Patienten-Viewer sehen kann.
- Der Empfänger muss über einen Netzwerkzugang zum Server verfügen, wenn dieser sich in einem Intranet befindet.
- Jeder, der über den Link verfügt, kann auf den pseudonymisierten Patienten zugreifen, bis der Link abläuft. Die Ablaufzeit ist von Ihrem Administrator konfigurierbar.

10 Ergebnisausgaben

10.1 DICOM

Wenn dies bei Ihnen konfiguriert ist, werden die DICOM-Ergebnisserien nach Abschluss der Verarbeitung über eine DICOM-Netzwerkverbindung an das PACS übertragen.

10.2 Cloud-Synchronisierung

Wenn dies bei Ihnen konfiguriert ist, werden die vollständigen Ergebnisse mit dem Brainomix 360 Cloud-Dienst mit optionaler Pseudonymisierung synchronisiert. Die Ergebnisse können auf Brainomix 360 Cloud angezeigt werden, als ob der Scan dort verarbeitet worden wäre.

10.3 Benachrichtigungen der mobilen Anwendung

Wenn die Synchronisierung mit Brainomix 360 Cloud aktiviert ist, können Push-Benachrichtigungen so konfiguriert werden, dass Benutzer der Brainomix 360 Mobile-App darüber informiert werden, dass ein Ergebnis verfügbar ist.

10.4 Patientenberichte

Falls dies an Ihrem Standort konfiguriert ist, wird der Patientenbericht (PDF und/oder Bilder), der eine Übersicht über alle Bildgebungsmodalitäten und Ergebnisse für einen Patienten enthält, über eine DICOM-Netzwerkverbindung an das konfigurierte PACS gesendet.

10.5 HL7-Ausgaben

Wenn an Ihrem Standort konfiguriert, werden HL7-Nachrichten nach Abschluss der Verarbeitung an ein festgelegtes Ziel gesendet.

11 Hochladen und Verarbeiten

Dieser Abschnitt gilt nur für Brainomix 360. Es ist nicht möglich, Scans direkt auf Brainomix 360 Cloud hochzuladen oder dort zu verarbeiten.

11.1 Verarbeiten von Scans

Workflows

Brainomix 360 kann konfiguriert werden, um unterschiedliche Workflows für die Nutzung bei akuten klinischen Fällen oder für klinische Studien zur Verfügung zu stellen. Jeder Workflow kann so konfiguriert werden, dass die Ergebnisse an verschiedene DICOM-Zielgeräte gesendet werden.

Es werden zwei Standardsätze von Workflows bereitgestellt, 'Akut' und 'Studie'. Die Akut-Workflows sind für die Verarbeitung einer kleinen Anzahl an Scans mit hoher Priorität vorgesehen, während sich die Studien-Workflows für die Verarbeitung einer großen Anzahl an Scans mit niedrigerer Priorität eignen. Wenn ein Scan von einem Studien-Workflow verarbeitet wird, während ein Akut-Scan empfangen wird, hält Brainomix 360 diese Verarbeitung an und verarbeitet zunächst den Akut-Scan, bevor der ursprüngliche Vorgang fortgesetzt wird.

Unterstützung für die Konfiguration Ihrer Workflows sowie die Integration mit externen Systemen (PACS, CT-Scanner, E-Mail usw.) erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebspartner oder dem Brainomix-Support.

Manuelle DICOM-Übertragung

1. Stellen Sie sicher, dass das DICOM-Quellgerät (z. B. PACS oder CT-Scanner) und die steuernde Anwendung (z. B. PACS-Viewer) mit der Serveradresse von Brainomix 360 und dem Namen der Anwendungsentität für die entsprechende Brainomix 360-Warteschlange für eingehende Scans, die mit den gewünschten Workflows (siehe oben) verknüpft ist, konfiguriert sind. Ihr Systemadministrator kann Sie bei dieser Konfiguration unterstützen.
2. Verwenden Sie die steuernde DICOM-Anwendung, um eine Scan-Serie an den Brainomix 360-Server zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung der Anwendung.
3. Der Brainomix 360-Server beginnt automatisch mit der Verarbeitung der Serie.
4. Zur Überwachung der Verarbeitung in Ihrem Webbrowser:
 1. Rufen Sie die Serveradresse von Brainomix 360 in Ihrem Internetbrowser auf.
 2. Sie werden aufgefordert, sich anzumelden, falls Sie die Anwendung in letzter Zeit nicht über Ihren aktuellen Webbrowser verwendet haben. Melden Sie sich gemäß der Beschreibung im vorigen Abschnitt an.
 3. Wählen Sie **Patientenliste** in der Menüleiste am oberen Seitenrand aus.
 4. Der neue Scan sollte in der Patientenliste erscheinen. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie das DICOM-Protokoll auf Fehler.
5. Bei entsprechender Konfiguration werden DICOM-Ergebnisse automatisch an PACS gesendet, sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist. Verwenden Sie Ihren PACS-Viewer, um diese Ergebnisse anzuzeigen.
6. Alternativ dazu können Sie auch auf den Patienten in der Patientenliste klicken, um die Ergebnisse in Ihrem Webbrowser anzuzeigen.

Automatische DICOM-Übertragung


Eine externe Anwendung kann so konfiguriert werden, dass Scan-Serien automatisch an den Brainomix 360-Server übertragen werden.

Falls konfiguriert, werden die DICOM-Ergebnisse automatisch an PACS gesendet, sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist. Nutzen Sie Ihren PACS-Viewer, um diese Ergebnisse anzuzeigen. In dieser Konfiguration müssen Sie die Web-Schnittstelle von Brainomix 360 überhaupt nicht verwenden.

Alternativ können Sie sich anmelden, und die Scans werden in der Patientenliste angezeigt, sobald sie sich in der Warteschlange zur Verarbeitung befinden. Die Ergebnisse können durch Anklicken eines Patienten angezeigt werden. Die DICOM-Netzwerkaktivität kann durch Anzeige des DICOM-Protokolls überwacht werden.

Manueller Upload über die Web-Schnittstelle

1. Melden Sie sich bei Brainomix 360 an.
2. Öffnen Sie das Menü über das Menüsymbol oben auf der Seite.
3. Wählen Sie im Menü **Serie hochladen** aus.



4. Wählen Sie die entsprechende Warteschlange für eingehende Scans aus dem Dropdown-Menü unter dem Upload-Bereich. Bei dieser Einstellung wird standardmäßig die Warteschlange für eingehende Scans verwendet.
5. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**, um DICOM-Bilddateien oder komprimierte ZIP-Dateien mit DICOM-Bildern auszuwählen.
Tipp: Sie können Dateien direkt in den Upload-Bereich ziehen und dort ablegen, wenn der Browser die Drag & Drop-Funktion unterstützt.
Hinweis: Wenn Sie zu viele Dateien auswählen, werden diese vom Browser zurückgewiesen. In diesem Fall sollten Sie die DICOM-Bilder in einer einzelnen ZIP-Datei komprimieren und diese stattdessen hochladen.
6. Ihre Dateien werden hochgeladen und indiziert. Handelt es sich um eine sehr große Anzahl an Dateien, kann dies mehrere Minuten dauern.
7. Scans werden automatisch an einen Workflow weitergeleitet. Klicken Sie nach erfolgreichem Upload auf **OK**.
8. Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, werden Ergebnis-E-Mails und DICOM-Ergebnisse automatisch wie für den Workflow konfiguriert gesendet.
9. Klicken Sie auf den Patienten in der Patientenliste, um die Ergebnisse in Ihrem Webbrowser anzuzeigen.

11.2 Das DICOM-Protokoll

Klicken Sie auf den Link 'DICOM-Protokoll', um ein Protokoll der vom Brainomix 360-Server angeforderten, empfangenen und gesendeten DICOM-Serien anzuzeigen.

DICOM Log

Search for a Patient ID, Patient Name, Accession number, Series instance UID or Internal patient UID:

Search

Filter by event type

- ☒ Select all
-
- ☒ Series requested
- ☒ Series received
- ☒ At least one workflow can process the series
- ☒ No workflows can process the series
- ☒ Upload failed
- ☒ Transfer failed
- ☒ Series sent to external system
- ☒ New series was found by querying the external system

Filter by dates

2025-07-31

-

2025-08-20

Time	Patient ID	Name	Accession number	
2025-08-08 09:52:28 BST	ID1A	Name 1A	2010357	View

Series instance UID	1.3.12.2.1107.5.1.4.24320.4.0.5219886421837613
Description	Transfer failed
Details	Exception while processing command 'store': Association Request Failed: 0006:031c TCP Initialization Error: No route to host
Internal patient UID	bdb17958-83f8-4a35-abc0-e50eae5d335b

12 Verwaltung

Administrator-Benutzern stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, um Benutzer zu verwalten, Scans zu löschen und die Integration des Brainomix 360-Systems in den klinischen Workflow zu konfigurieren. In der Regel müssen diese Einstellungen nicht geändert werden. Falsche Einstellungen können zu Datenverlust, fehlerhaftem Betrieb oder beeinträchtigter Sicherheit führen. Wenn Sie Unterstützung bei der Integration Ihres Brainomix 360-Systems in Ihren klinischen Workflow benötigen, wenden Sie sich bitte an einen lokalen Vertriebspartner oder den Brainomix-Support.

13 Fehlersuche

Sollten während der Nutzung Probleme auftreten oder Fehlermeldungen angezeigt werden, wenden Sie sich an Ihren lokalen Administrator oder an den Brainomix-Support unter einer der in den rechtlichen Hinweisen angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

14 Wartung und Aktualisierung der Dienste

Im Falle einer geplanten Wartung wird Brainomix die betroffenen Benutzer im Voraus darüber informieren, dass Wartungsarbeiten durchgeführt werden und in welchem Umfang eine Unterbrechung des Dienstes zu erwarten ist. Der Benutzerzugang kann während des Wartungsfensters gesperrt werden. Wenn die Brainomix 360 Mobile-App auf einem mobilen Gerät installiert ist, stellen Sie sicher, dass Sie auf die neueste Version aktualisieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden oder diese über den Google Play Store oder den Apple App Store verfügbar ist.

15 Berichterstattung über Vorfälle

Bitte wenden Sie sich über support@brainomix.com (mailto:support@brainomix.com) an uns, wenn Sie ein mögliches Problem mit einem unserer Brainomix 360-Suite-Dienste entdeckt haben. Beachten Sie, dass alle von Ihnen übermittelten Informationen unserer Datenschutzrichtlinie (<https://www.brainomix.com/privacy-eu/#:~:text=For%20users%20of%20Brainomix%20products,in%20order%20to%20provide%20support>) unterliegen. Wenn ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit einem unserer Produkte aufgetreten ist, melden Sie ihn bitte auch den zuständigen Behörden Ihres Landes:

- Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (<https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/national-competent-authorities-human>)
- Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (<https://www.gov.uk/report-problem-medicine-medical-device>)
- Schweiz (<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents--fscas/users---operators.html>)
- Türkei (<https://www.titck.gov.tr/>)

16 Stilllegung

Im Falle einer Einstellung und Löschung des Dienstes wird Brainomix den Prozess mit den relevanten Beteiligten in Ihrer Einrichtung koordinieren, um eine reibungslose und vollständige Löschung des Brainomix 360 -Systems, einschließlich aller Vermögenswerte und Daten, sicherzustellen. Die Auswirkungen der Löschung werden geprüft, um festzustellen, ob dies zu Änderungen in Ihrem klinischen Workflow und/oder der Konfiguration anderer Systeme führt. Alle Vermögenswerte, die sich im Besitz von Brainomix befinden, werden zurückgefordert und die Integrationen werden aus dem System entfernt, um sicherzustellen, dass kein Datentransfer mehr zu oder von den stillzulegenden Vermögenswerten stattfindet. Für weitere Informationen zur Außerbetriebnahme Ihres Brainomix 360-Systems wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebspartner oder den Brainomix-Support.

17 Symbole

Symbol	Beschreibung des Symbols
	Zeigt den Namen und die Adresse des Herstellers des Medizinprodukts an.
	Zeigt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde.
	Zeigt den Datenträger an, der Informationen zur eindeutigen Gerätekennung enthält.
	Zeigt den autorisierten Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft an.
	Zeigt den autorisierten Vertreter in der Schweiz an.
	Zeigt die Stelle an, die das Medizinprodukt in das betreffende Gebiet einführt.
	Zeigt an, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung zu Rate ziehen muss.
	Zeigt an, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit des Bedieners erfordert oder dass der Bediener eingreifen muss, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.
	Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass ein Produkt den geltenden Vorschriften der Europäischen Union entspricht.

18 Anforderung einer Papierkopie

Sollten Sie ein gedrucktes Exemplar dieser Version des Benutzerhandbuchs von Brainomix 360 e-ASPECTS benötigen, drucken Sie bitte diese Webseite aus (Rechtsklick + Drucken oder laden Sie die neueste Version von unserer Website (<https://www.brainomix.com/docs/>) herunter). Sollte diese Option für Sie nicht verfügbar sein, wenden Sie sich bitte an support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) mit Ihrer Anfrage, und ein gedrucktes Exemplar wird Ihnen innerhalb von 7 Kalendertagen nach Eingang der Anfrage zugesandt. Diese Dienstleistung wird kostenlos angeboten.