

e-ASPECTS®

Käyttöopas

Versio 14.4

e-ASPECTS-MAN-14.4 - 2026-09-16

e-ASPECTS on osa Brainomix 360 -ohjelmistoa

Yhdysvaltain patentti nro 10 902 596

EU-patentti nro 3701495

Historialliset versiot (<https://www.brainomix.com/docs/>)

- 1 Johdanto
 - 1.1 Yleiskatsaus
 - 1.2 ASPECTS
- 2 Käyttötarkoitus
 - 2.1 Käyttöaiheet
 - 2.2 Vasta-aiheet
 - 2.3 Varoitukset
 - 2.4 Varotoimet
 - 2.5 Kliiniset hyödyt
 - 2.6 Käyttöympäristö
- 3 Asennus ja koulutus
 - 3.1 Asennus
 - 3.2 Koulutus
- 4 Järjestelmän tekniset tiedot
 - 4.1 Palvelin
 - 4.2 Asiakkaat
 - 4.3 Kielet
 - 4.4 Suorituskyky ja käyttöikä
- 5 Kvantamislaitteen ja kuvan yhteensopivuus
- 6 Kyberturvallisuus
- 7 Pääsynvalvonta ja ilmoitukset
 - 7.1 Sisäänkirjautuminen
 - 7.2 Uloskirjautuminen
 - 7.3 Salasanan vaihtaminen
 - 7.4 Kaksivaiheinen todennus
 - 7.5 Osoitekirja
 - 7.6 Päivystystila
 - 7.7 Sovelluksen ilmoitukset
- 8 Työpöytäliittymä

- 8.1 Potilasluettelo
- 8.2 Potilaiden etsintä
- 8.3 Tulosten vienti
- 8.4 Potilaan katseluikkuna
- 8.5 e-ASPECTS-näyttö
- 8.6 Tulokset käsin
- 9 Mobiilinäyttö
 - 9.1 Potilasluettelo
 - 9.2 Potilaan katseluikkuna
 - 9.3 Viestit
 - 9.4 Merkitse potilas toimenpidettä varten
 - 9.5 Kliiniset tiedot
 - 9.6 Kelpoisuustarkastus
 - 9.7 Potilaiden jakaminen
- 10 Tuloslähettykset
 - 10.1 DICOM
 - 10.2 Pilvisynkronointi
 - 10.3 Mobiilisovelluksen ilmoitukset
 - 10.4 Potilasraportit
 - 10.5 HL7-lähtötiedot
- 11 Lähettäminen ja käsittely
 - 11.1 Kuvien käsittely
 - 11.2 DICOM-loki
- 12 Hallinta
- 13 Vianetsintä
- 14 Palvelun ylläpito ja päivitykset
- 15 Poikkeamailmoitukset
- 16 Käytöstä poistaminen
- 17 Symbolit
- 18 Paperikappaleen pyytäminen

Viranomaistietoja

	Brainomix Limited First Floor Seacourt Tower West Way Oxford OX2 0JJ Iso-Britannia	 0197	
		EU/ETA/Turkki	
		EU REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Alankomaat
			Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Irlanti
	+44 (0) 1865 582740 (tel:+441865582740)	Sveitsi	
		CH REP	Taevas Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Sveitsi

1 Johdanto

1.1 Yleiskatsaus

Brainomix 360 e-ASPECTS (josta käytetään tekstissä sekä nimitystä 'Brainomix 360 e-ASPECTS' että nimitystä 'e-ASPECTS') on lääketieteellinen ohjelmisto, joka on tarkoitettu aivohalvauspotilaiden aivojen tietokonetomografiakuvien (TT-kuvat) käsittelyyn. Ohjelmisto toimitetaan verkkopalveluna. Käyttäjät käyttävät järjestelmää selaimen kautta koneella, josta on yhteys (esim. lähiverkko- tai Internet-yhteys) Brainomix 360 -ohjelmistoon. Järjestelmä voidaan myös yhdistää lähiverkkoyhteyden kautta muihin DICOM-yhteensopiviin laitteisiin, kuten TT-kuvauslaitteisiin ja PACS-järjestelmiin.

Aivohalvauspotilaiden aivoista otetut TT-natiivikuvat lähetetään yleensä DICOM C-STORE -toiminnolla TT-kuvauslaitteesta Brainomix 360 -ohjelmistoon. Brainomix 360 voidaan määrittää siirtämään tuotetut tulossarjat automaattisesti PACSiin DICOM C-STORE -toiminnolla. Brainomix 360 voidaan lisäksi määrittää lähettämään tulokset ja potilasraportit muihin kohteisiin aina, kun ohjelmisto käsittelee kuvan. Näitä voivat olla Brainomix 360 Cloud tai muut Brainomix 360 -ilmentymät ja Brainomix 360 Mobile -sovelluksen ilmoitukset.

1.2 ASPECTS

ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) on topografinen pisteytysjärjestelmä, joka jaottelee halvauksen vaikutusalueen kymmeneen eri osa-alueeseen. Näihin sisältyy kuusi kortikaalista aluetta (M1–M6) ja neljä tyvitumakkeiden aluetta (häntätumake, linssitumake, aivosaaari ja sisäkotelo). Pistettä määritettäessä jokaisesta alueesta, jolla esiintyy varhaisia iskeemisiä muutoksia (esim. peruskudoksen harventuma), vähennetään yksi piste. Pistemäärä 0 viittaa hajanaiseen iskeemiseen vaurioon aivopuoliskolla, kun taas normaali TT-kuva saa 10 ASPECTS-pistettä.

Huomaa, että ei-akuutteja iskeemisiä muutoksia ei huomioida ASPECTS-pistemäärää laskettaessa.

pc-ASPECTS

pc-ASPECTS (posterior-circulation ASPECTS) on lisäpisteytysjärjestelmä takakierron aivoverenkiertohäiriöille, ks. Puetz et al., Stroke, 2008 (<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.511162>). Se jaottelee 8 osa-aluetta: talamukset (1 piste kumpikin), takaraivolohkot (1 piste kumpikin), keskiaivot (2 pistettä), aivosilta (2 pistettä) ja pikkuaivopuolisko (1 piste kumpikin). Normaali aivojen TT-kuva saa 10 pc-ASPECTS-pistettä.

Huomaa, että e-ASPECTS ei laske pc-ASPECTS-pistemäärää, akuutteja ja ei-akuutteja iskeemisiä muutoksia pc-ASPECTS-alueilla.

2 Käyttötarkoitus

Tässä osiossa on tärkeitä Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston käyttöä koskevia turvallisuustietoja

Brainomix 360 e-ASPECTS on kuvankäsittelyohjelmisto, joka on tarkoitettu koulutettujen ammattilaisten, kuten aivohalvauksiin perehtyneiden lääkäreiden ja radiologien käyttöön. Ohjelmisto toimii normaalissa vakiolaitteistossa (fyysisessä tai virtuaalisessa). Tiedot ja kuvat hankitaan DICOM-yhteensopivista kuvantamislaitteista. Ne voivat olla myös verkkoliittymän kautta lähetettyjä DICOM-tiedostoja.

Brainomix 360 e-ASPECTS sisältää toimintoja aivohalvauspotilaiden aivojen TT-tietojen analysointiin ja katseluun. Analyysitoiminnot on tarkoitettu muutosten tunnistamiseen aivohalvaukseen liittyvissä kuvissa, näiden muutosten laajuuden laskemiseen (mm. ASPECTS, Alberta Stroke Program Early CT Score) ja muutosten visualisointiin.

2.1 Käyttöaiheet

1. Brainomix 360 e-ASPECTS on tarkoitettu apuvälineeksi akuutin verenvuotoisen tai iskeemisen aivohalvauksen diagnosoinnissa ja hoidossa. Iskeemisen aivohalvauksen osalta tämä koskee potilaita, joilla on keskimmäisen aivovaltimon (MCA) tukos tai kallonsisäinen sisäisen kaulavaltimon (ICA) tukos.
2. Brainomix 360 e-ASPECTS on tarkoitettu käytettäväksi päätöksenteon tukivälineenä näiden potilaiden aivojen ilman varjoainetta otetuissa TT-kuvissa; järjestelmä tarjoaa automaattisen kuvananalyysin ja ASPECTS-pisteytyksen.
3. Brainomix 360 e-ASPECTS on tarkoitettu käytettäväksi ilman varjoainetta otetuissa aivojen TT-kuvissa epäiltyjen epänormaalien hypertiheidien kohtien korostamiseen parenkyymissä automaattisen kuva-analyysin avulla.
4. Brainomix 360 e-ASPECTS on tarkoitettu käytettäväksi ilman varjoainetta otetuissa aivojen TT-kuvissa intrakraniaalisen sisemmän kaulavaltimon (ICA) ja keskiaivovaltimon M1-haaran epäiltyjen tukosten tunnistamiseen automaattisen kuvantamisanalyysin avulla.

2.2 Vasta-aiheet

Brainomix 360 e-ASPECTS ei sovellu käytettäväksi skannausdatan kanssa, joka sisältää seuraavia kuvan ominaisuuksia:

- kasvaimet tai paiseet
- kierteet, suntit, embolisaatio tai liikeartefaktit
- kallonsisäiset verisuonisairaudet, kuten valtimoaneurysmat, valtimo-laskimomuodostumat tai laskimotromboosi

Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa ei saa käyttää henkilö, jolla on fyysinen tai muu vamma, joka haittaa hänen kykyään havaita ja tulkita ohjelmiston tuloksia tai joka estää häntä tulkitsemasta kuvia ilman e-ASPECTS-avustusta tulosten vahvistamiseksi.

2.3 Varoitukset

	Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa ei pidä käyttää diagnoosin yksinomaisena perustana. Tulosta ei voi pitää lopullisena diagnoosina. Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa saa käyttää kuvantulkinnan apuneuvona vain koulutettu ammattilainen, joka osaa tulkita TT-kuvia.
	Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa saavat käyttää vain ammattilaiset, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ohjelmiston käyttöön Brainomixin päteviltä kouluttajilta tai valtuutetuilta ulkopuolisilta kouluttajilta.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ei ehkä havaitse kaikkia kroonisia (vanhoja) infarkteja, tai se saattaa luokitella ne virheellisesti tuoreeksi iskeemiseksi vaurioksi.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ei aina tunnista varhaista iskeemistä muutosta kuvassa oikein, ja se saattaa luoda vääriä positiivisia tai vääriä negatiivisia tuloksia millä tahansa alueella. Käyttäjän tulee varmistaa omalla asiantuntemuksellaan TT-kuvien analysoinnissa, että ohjelman tulokset pitävät paikkansa.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ei välttämättä näytä/havaitse kaikkia epänormaaleja hyperdensiteettejä, mukaan lukien silloin, kun ICH-epäilyilmoitus vastaanotetaan, tai se voi korostaa virheellisesti kuvan alueita, vaikka ICH-epäilyilmoitusta ei olekaan.
	Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa ei ole tarkoitettu TT-kuvien ensisijaiseen tulkintaan. Sitä käytetään lääkärin arvioinnin apuna.
	Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa ei pidä käyttää ICA-/MCA-alueen ulkopuolisissa iskeemisen aivohalvauksen tapauksissa.
	Tapaukset, joissa on rakenteellisia poikkeavuuksia, kuten kasvaimia tai muita kuvantamisartefakteja, voivat jäljitellä iskeemisen aivohalvauksen oireita ja vaikuttaa Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston toimintaan. Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa ei pidä käyttää näissä tapauksissa. Muut tapaukset, joilla on ei-iskeemisen aivohalvauksen ominaisuuksia ja rakenteeltaan normaaleja kuvia, voivat myös jäljitellä iskeemisen aivohalvauksen oireita, eikä niitä pidä käsitellä Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa käyttäen.
	Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston saa asentaa vain turvalliseen verkkoon, jossa on käytetty asianmukaisia suojaustoimenpiteitä, mukaan lukien virustorjuntaohjelma, haittaohjelmien torjuntaohjelmisto ja palomuurisuojaus.
	Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston luvattoman käytön riskin minimoimiseksi käyttäjät eivät saa jakaa kirjautumistietoja ja heidän on kirjauduttava ulos välittömästi, kun he eivät käytä järjestelmää.
	Brainomix 360 e-ASPECTS -verkkoliittymää käyttävien käyttäjien on varmistettava, että he suorittavat analyysit tai diagnostiset kuvien tarkastelut hyväksytyllä radiologianäytöllä.
	Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa ei ole tarkoitettu diagnostiseen kuvien tarkasteluun, kun sitä käytetään mobiililaitteilla.

	Ennen käsittelytulosten arviointia tulee tarkastaa automaattisesti segmentoitujen ASPECTS-alueiden tarkkuus. Jos ASPECTS-alueen segmentointiin liittyy ristiriitaisuuksia tai huolenaiheita, käyttäjien tulee joko muokata tuloksia käsin tai jättää ne huomiotta.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ei korvaa angiografian tarvetta iskeemisen aivohalvauksen tutkimuksessa – se tarjoaa työnkulun priorisoinnin ja ilmoitukset.
	Jos Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmisto on osittain tai kokonaan pois käytöstä tai jos käsiteltyjä skannauksia ei voida noutaa, käyttäjien tulee luottaa tavanomaisiin kuvien tulkintamenetelmiin hoitosuosituksen mukaisesti.
	Käyttäjien tulee varmistaa, että ilmoitukset ovat käytössä Android- tai iOS-mobiililaitteissaan, jotta he voivat vastaanottaa palveluilmoituksia.
	Ilmoitusta ei välttämättä luoda tai sen luominen voi viivästyä useista syistä, mukaan lukien seuraavat näihin kuitenkin rajoittumatta: ▪ algoritmiset dataongelmat tai käsittelyvirheet skannausten analysoinnin aikana (katso lisätietoja kohdasta Varotoimet) ▪ artefaktit, liike tai muut tekijät, jotka heikentävät rekisteröinnin laatua Riittämätön levytila uusien skannausten käsittelyyn ▪ palvelinalustan vika ▪ hidas verkkoyhteys ▪ hidas yhteys skannerista/PACS-järjestelmästä Brainomix 360 -palvelimelle ▪ hidas yhteys Brainomix 360 Cloud -palveluun internetin kautta ▪ viivästyksset Applen tai Googlen mobiilipalveluissa ▪ heikko signaali vastaanottavassa mobiililaitteessa ▪ Joidenkin mobiililaitteiden virransäästötilat voivat viivästyttää ilmoituksia.

2.4 Varotoimet

	Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston toimintaa rajoittaa syötetyn TT-kuvan laatu. Jos Brainomix 360 e-ASPECTS vastaanottaa huonolaatuisia, virheellisiä tai korruptoituneita tietoja, tämä voi vaikuttaa järjestelmän kykyyn käsitellä tuloksia tehokkaasti. Virheellisten tulosten välttämiseksi käyttäjän tulee siksi tutkia käsin, onko kuvassa artefakteja tai onko sen laatu huono.
	Brainomix 360 e-ASPECTS on riippuvainen sen taustalla olevan palvelinalustan moitteettomasta toiminnasta, jolle se on asennettu, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi tietovarastona. Tulokset ja alkuperäiset tiedot on tallennettava PACS-järjestelmään ja varmuuskopioitava asianmukaisesti.
	Kaikille potilaille tulisi antaa oireiden mukainen asianmukainen hoito, mukaan lukien angiografia ja/tai muu hoitosuosituksen mukainen kliininen hoito, riippumatta Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston tuloksista.
	Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa ei ole tarkoitettu sulkemaan pois LVO-löydöksen mahdollisuutta, eikä niitä laitteen käsittelemiä tapauksia, joissa ei ole ilmoitettu epäiltyä LVO:ta, tule tulkita niin, että LVO on suljettu pois. Kaikissa tapauksissa tulee suorittaa angiografia aivohalvauksen vakiotutkimusten mukaisesti.

	Skannauksia tarkasteltaessa on oltava huolellinen, koska Brainomix 360 e-ASPECTS voi tuottaa LVO-epäilyilmoituksen ilman hypertiheän verisuoniston merkin tunnistamista skannauksessa, eikä se välttämättä tuota LVO-epäilyilmoitusta, vaikka hyperdense-verisuonimerkki olisi tunnistettu.
	Brainomix 360 e-ASPECTS on validoitu käytettäväksi vain aikuispotilailla. Turvallisuutta ja tehokkuutta lasten hoidossa ei ole osoitettu.

2.5 Kliiniset hyödyt

Brainomix 360 e-ASPECTS e-ASPECTS tarjoaa seuraavat hyödyt:

- Tarjoaa aiotulle käyttäjälle ASPECTS-vertailupisteytyksen, jonka herkkyys ja spesifisyys ovat asiantuntijatasolla.
- Tarjoaa triage- ja ilmoituspriorisoinnin epäilylle LVO:lle tai ICH:lle.
- Tarjoaa epänormaalien hyperdensiteettien automaattisen merkitsemisen, visualisoinnin ja volumetrisen kvantifioinnin.

2.6 Käyttöympäristö

Brainomix 360 e-ASPECTS on tarkoitettu käytettäväksi tietokoneissa tai mobiililaitteissa, jotka terveydenhuolto-organisaatio on hyväksynyt kliiniseen käyttöön. Sekä työpöytä- että mobiilinäkymä tarjoavat laitteen hyödyt; mobiilinäkymän esikatselukuvia ei kuitenkaan pidä käyttää apuna diagnostisissa lukemisissa.

3 Asennus ja koulutus

Ennen Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston ensimmäistä käyttökertaa ohjelmisto on asennettava ja sen käyttäjille on annettava koulutus.

3.1 Asennus

Brainomix 360 e-ASPECTS voidaan ottaa käyttöön organisaatiollesi pilvipohjaisen palvelimen käyttöönoton tai paikallisen virtualisoidun tai fyysisen ympäristön avulla tarpeen mukaan. Ennen asennusta Brainomix (tai valtuutettu jälleenmyyjä) kerää kaikki tarvittavat asennustiedot, mukaan lukien sijainti-, virta- ja verkkovaatimukset sekä kaikki kolmannen osapuolen järjestelmät, jotka voivat olla vuorovaikutuksessa Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston kanssa. Keskustele asennustavasta ja -vaatimuksista Brainomixin tai valtuutetun jälleenmyyjän kanssa.

Jotta voit käyttää ohjelmistoa mobiililaitteissa (älypuhelin ja tabletti), lataa Brainomix 360 Mobile -sovellus laitteeseesi:

- App Store (iOS-laitteille) (<https://apps.apple.com/us/app/e-stroke-mobile/id1443749413>)
- Google Play (Android-laitteille) (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainomix.ess.android&gl=US>)

Suorita asennus seuraamalla mobiililaitteesi ohjeita.

3.2 Koulutus

Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston käyttö edellyttää pätevyyttä TT-natiivikuvien tulkinnasta akuuttia iskeemistä aivohalvausta sairastavien potilaiden hoidossa. Koulutus on pakollinen ennen ohjelmiston ensimmäistä käyttökertaa. Brainomixin pätevät kouluttajat (tai Brainomixin nimeämät ulkopuoliset kouluttajat) organisoivat koulutuksen etukäteen ja antavat sen organisaatiosi kliiniselle ja/tai IT-osaston edustajalle (tai edustajille) ensimmäisen asennuksen yhteydessä. Tämän jälkeen organisaatiosi nimetty pääkouluttaja (tai pääkouluttajat) voi kouluttaa uusia käyttäjiä ohjelmiston käyttöön. Brainomix ilmoittaa, jos uusi koulutus on pakollinen ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. Jos sinulla on koulutukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä organisaatiosi pääkouluttajaan (tai pääkouluttajiin) tai Brainomixiin osoitteeseen support@brainomix.com (mailto:support@brainomix.com).

4 Järjestelmän tekniset tiedot

4.1 Palvelin

Sovelluksen luotettavaa käyttöä varten on noudatettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

Proessori	x86-64-yhteensopiva prosessori, jossa on 4 ydintä 3,5+ GHz:n kellotaajuudella ja joka tukee AVX-ohjeistoa (esim. Intel Xeon, AMD EPYC)
Muisti	16 Gt RAM
Levy	500 Gt SSD
Verkko	1 Gb:n Ethernet
Käyttöjärjestelmä	Ubuntu Linux 24.04

4.2 Asiakkaat

Seuraavat selaimet ja alustat katsotaan vähimmäisvaatimuksiksi verkkoliittymän luotettavalle toiminnalle:

Selain	Tuettu versio
Google Chrome	Uusin versio
Mozilla Firefox	Uusin versio
Microsoft Edge	Uusin versio
Mobile Safari (iOS)	Uusin versio

Alusta	Vähimmäisvaatimukset
PC (pöytätietokone tai kannettava tietokone)	Muisti: 4 Gt RAM Näytön koko: 13,3 tuumaa tai enemmän Näytön resoluutio: 1024 x 768 Suoritin: Intel- tai AMD-prosessori
Tabletti	Muisti: 2 Gt RAM Näytön koko: 9,4 tuumaa tai enemmän Näytön resoluutio: 2048 x 1536
Matkapuhelin (iPhone tai Android)	Muisti: 2 Gt RAM Näytön koko: 4,7 tuumaa tai enemmän Näytön resoluutio: 1334 x 750

4.3 Kielet

Ohjelmiston nykyinen versio tukee seuraavia kieliä:

- Bulgaria (bg)
- Tšekki (cs)
- Wales (cy)
- Saksa (de)
- Kreikka (el)
- Englanti (en)
- Espanja (es)
- Suomi (fi)
- Ranska (fr)
- Kroatia (hr)
- Unkari (hu)
- Italia (it)
- Latvia (lv)
- Liettua (lt)
- Hollanti (nl)
- Puola (pl)
- Portugali (pt)
- Portugali (Brasilia) (pt-br)
- Romania (ro)
- Serbia (sr)
- Slovakki (sk)
- Sloveeni (sl)
- Ruotsi (sv)
- Turkki (tr)

4.4 Suorituskyky ja käyttöikä

Seuraavat suorituskykytiedot koskevat ohjelmiston nykyistä versiota:

Käsittelyaika (per TT-kuvaus)	≤ 1 minuutti (PACS:stä tai latauksesta tapahtuvan haun valmistumisen jälkeen)
Herkkyys iskeemisten ASPECTS-alueiden tunnistamiseksi	väh. 50 %
Spesifisyys iskeemisten ASPECTS-alueiden tunnistamiseksi	väh. 94 %
Herkkyys LVO:n tunnistamiseen	väh. 60 %
Spesifisyys LVO:n havaitsemisessa	väh. CI 80 % alaraja
Herkkyys ICH:n havaitsemisessa	väh. 91 %
Spesifisyys ICH:n havaitsemiseksi	väh. 94 %

Brainomix 360 -alustan erillinen tekninen tietolomake, jossa on organisaatiosi IT-osastolle tärkeitä tietoja, toimitetaan ensimmäisen asennuksen yhteydessä ja on saatavana pyynnöstä.

Brainomix 360 e-ASPECTS -tuotteen käyttöikä on rajoittamaton nykyisellä ohjelmistoversiolla ja sopimuksen mukaisen palvelujen järjestämisen ajan, kun se otetaan käyttöön virtuaalikoneessa, joka vastaanottaa säännöllisiä ohjelmistopäivityksiä Brainomixilta.

5 Kuvantamislaitteen ja kuvan yhteensopivuus

Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmisto on suunniteltu toimimaan DICOM-protokollalla lähetettyjen TT-natiivikuvien kanssa. Kuvilla tulee olla seuraavat ominaisuudet:

Leikepaksuus	leikkeen paksuus enintään 2 mm
muodostuksen tilavuus	yksi isojen aivojen sarja valtimokehän tasolta tai alempaa päälakeen asti
rekonstruktio menetelmä	Pehmytkudoksen kernel (ei liiallista pehmennystä) Iteratiivista rekonstruktiota, syväoppimisrekonstruktiota tai FBP-rekonstruktiota voidaan käyttää, kunhan kernel ei ole liian suuri.
Ikkuna	Aivoikkuna (ei luuikkuna)

Paksumpien leikkeiden tai liian matalan annoksen käyttö voi aiheuttaa kuva-artefakteja, mikä heikentää pisteytyskykyä. Väärän ikkunan käyttäminen johtaa yleensä siihen, että Brainomix 360 e-ASPECTS ei pysty käsittelemään kuvaa.

6 Kyberturvallisuus

Brainomix 360 e-ASPECTS on asennettu palvelimelle (joko fyysiselle tai virtuaaliselle) sairaalaverkossa ja siten se on mahdollisesti haavoittuvainen haittaohjelmille tai viruksille, jotka tunkeutuvat sairaalaverkkoon, johon Brainomix 360 e-ASPECTS on upotettu, tai muunlaiselle luvattomalle pääsyle.

Brainomix 360 e-ASPECTS ei aiheuta erityistä haavoittuvuutta sairaalaverkolle, johon se on upotettu, ja sen tarkoituksellinen hyväksikäyttö on epätodennäköistä. Jos tällaiset riskit kuitenkin toteutuvat, ne voivat mahdollisesti johtaa vastaanotettavien, tallennettavien tai lähetettävien tietojen korruptoitumiseen tai häviämiseen, tallennettujen määritystietojen korruptoitumiseen, häviämiseen tai vahingoittumiseen tai normaalin toiminnan keskeytymiseen tai estymiseen.

Brainomix 360 e-ASPECTS on suunniteltu ja kehitetty siten, että ominaisuudet ja vaatimukset vähentävät näitä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä. Järjestelmä on suunniteltu erityisesti seuraavat huomioiden:

- Käyttäjien pääsyä voidaan rajoittaa ja valvoa.
- Tietojen tallennuskomponentteihin ei pääse verkon kautta muutoin kuin Brainomix-verkkopalvelun komponenttien kautta.
- Ainoastaan kaikkien toimintojen edellyttämä vähimmäismäärä portteja jätetään auki.
- Tiedonsiirto epäluotettavien yhteyksien kautta on suojattu ja salattu.
- Brainomix voi valvoa järjestelmää ja asentaa tietoturvapäivityksiä suojatusti tarpeen mukaan etänä.

Brainomix 360 e-ASPECTS on suunniteltu käyttämään käyttäjärooleihin perustuvaa kerroksittaista valtuutusmallia. Näihin kuuluvat tavalliset käyttäjät, jotka pääsevät järjestelmään ja voivat käyttää sitä, ja pääkäyttäjät, joilla on lisäoikeuksia, joiden avulla he:

- Saavat pääsyn potilastietoihin tai järjestelmäasetuksiin.
- Voivat määrittää ja hallita suojausasetuksia.
- Voivat poistaa potilastietoja/kuvia.
- Voivat muuttaa tai poistaa käyttäjiä.

Brainomix 360 e-ASPECTS -asennuspaketti sisältää paikallisen palomuurin, virustorjuntaohjelman ja haittaohjelmasuojauksen palvelimelle. Näitä voidaan muuttaa tai muokata paikallisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti; on kuitenkin tärkeää, että pääkäyttäjät ottavat yhteyttä Brainomix-tukeen ennen oletussuojausten poistamista tai uudelleenmäärittämistä, jotta järjestelmän tietoturva ei vaarannu.

Luvattoman pääsyn estämiseksi Brainomix 360 e-ASPECTS sisältää sisäänrakennetut käyttäjätunnuksen/salasan ja kaksivaiheisen todennuksen mekanismit, jotka kuvataan tämän käyttöoppaan Pääsynvalvonta-osiossa.

Jos käyttäjät tai pääkäyttäjät epäilevät käyttäjän kirjautumistietojen vaarantuneen, salasana on vaihdettava välittömästi tai tili on poistettava käytöstä.

Käyttäjät ja/tai pääkäyttäjät voivat asettaa salasanoja ja asettaa niitä uudelleen, mutta niiden on täytettävä salasanojen monimutkaisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Salasanojen monimutkaisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset on asetettu oletusarvoon, mutta pääkäyttäjät voivat määrittää monimutkaisempia asetuksia, jos paikallisissa tietoturvakäytännöissä edellytetään tai määrätään niin.

Näihin asetuksiin kuuluu erikoismerkkien käytön asettaminen pakolliseksi, mustien listojen luominen salasanoista, joita ei saa käyttää, ja enimmäisiän asettaminen salasanojen asettamiseksi uudelleen. Kaksivaiheinen todennus on oletusarvoisesti valinnainen mutta pääkäyttäjät voivat myös määrittää sen pakolliseksi.

Brainomix 360 e-ASPECTS voidaan asettaa poistamaan automaattisesti käytöstä käyttäjätilit, joilla ei ole ollut toimintaa tietyn ajan kuluttua, ja se sisältää aktiivisille käyttäjille myös automaattisen aikakatkaisutoiminnon, joka kirjaa käyttäjät ulos tietyn käyttämättömyysajan jälkeen.

Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston luvattoman käytön riskin minimoimiseksi käyttäjät eivät saa jakaa kirjautumistietoja ja heidän on kirjauduttava ulos välittömästi, kun he eivät käytä järjestelmää.

Pääkäyttäjät voivat myös päättää käyttää Active Directory -käyttäjätilejä (LDAP:n kautta) tai SSO:ta pilvipalvelun tarjoajien integroinnin kanssa oletusarvoisen Brainomix-todennusjärjestelmän sijasta.

Vaikka erilaisia kyberturvallisuustoimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu, Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston tietoturvaavoittuvuuksien onnistunut torjunta riippuu sairaalaverkkoympäristön tietoturvainfrastruktuurista, käyttäjien parhaista käytännöistä ja pääkäyttäjien hallinnoinnista.

Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston saa asentaa vain turvalliseen sairaalaverkkoon, joka on suojattu verkkotason palomuurilla, virustorjuntaohjelmalla ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistolla sekä ihannetapauksessa tunkeutumisen havaitsemisohjelmistolla (IDS).


Asiakaskoneiden, joita käytetään Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmistoa isännöivän palvelimen käyttämiseen, on myös oltava suojattu virustorjuntaohjelmalla / haittaohjelmien torjuntaohjelmistolla ja IDS:llä, ja ne on pidettävä ajan tasalla tietoturvakorjauksilla ja -päivityksillä.

7 Pääsynvalvonta ja ilmoitukset


7.1 Sisäänkirjautuminen

1. Siirry Brainomix 360 -järjestelmään tai Brainomix 360 Cloud -palvelimen osoitteeseen selaimessasi.
2. Sinua pyydetään kirjautumaan sisään, jos et ole käyttänyt sovellusta viime aikoina nykyisestä selaimestasi. Saat kirjautumiseen tarvittavat tunnukset pääkäyttäjältä.


Brainomix 360:

The screenshot shows a dark-themed login page for Brainomix 360. At the top, the text 'LOG IN' is displayed in white. Below it, there are two input fields: 'Username' and 'Password', both with placeholder text. A link 'Forgot password?' is located below the password field. There is a checkbox labeled 'Keep me signed in'. A 'LOGIN' button is positioned to the right of the checkbox. At the bottom, a message states 'Your organisation has enabled Single-Sign On with Microsoft Entra ID' with a question mark icon. Below this message is a button labeled 'CONTINUE WITH MICROSOFT ENTRA ID'.

Brainomix 360 Cloud:

The screenshot shows a dark-themed 'SELECT ORGANISATION' page for Brainomix 360 Cloud. The title 'SELECT ORGANISATION' is at the top. Below it, the text 'Please enter your organisation code' is followed by a question mark icon. There is a large input field labeled 'Organisation'. A 'NEXT' button is located at the bottom right.

1. Jos kirjaudut Brainomix 360 Cloud -palveluun, anna organisaatiosi tunnus
 2. Jos organisaatiosi on ottanut kertakirjautumisen käyttöön, paina 'Jatka Microsoft Entra ID:llä' ja seuraa tavallista kirjautumisprosessia. Muussa tapauksessa:
 3. Anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.
 4. Jätä valintaruutu merkitsemättä, jos haluat, että sinut kirjataan automaattisesti ulos tunnin kuluttua tai kun suljet selaimen. Merkitse valintaruutu, jos haluat pysyä kirjautuneena tällä tietokoneella siihen asti, että kirjaudut ulos.
 5. Napsauta Kirjaudu sisään -painiketta
3. Jos olet unohtanut salasanasi, voit pyytää saada asettaa salasanan uudelleen napsauttamalla 'Unohtuiko salasana?' -tekstiä.




PASSWORD RESET

Please enter your email

If your email address is registered with an account, you will receive a link via email to reset your password.

SEND RESET EMAIL

4. Jos käytät kaksivaiheista todennusta, sinua saatetaan pyytää antamaan tunnistekoodi todennussovelluksestasi.



TWO-FACTOR VERIFICATION

Enter code from Google Authenticator


☒ Trust this client

VERIFY

- Valitse 'Luota tähän asiakkaaseen', jos et halua, että sinulta pyydetään enää jatkossa tunnistekoodia tässä laitteessa tai selaimessa. Älä käytä tätä vaihtoehtoa jaetuissa laitteissa.
- Jos et pysty hakemaan tunnistekoodia todennussovelluksesta, voit antaa käyttämättömän palautuskoodin luettelosta, jonka sait, kun rekisteröidyit kaksivaiheiseen todennukseen.

7.2 Uloskirjautuminen

1. Avaa valikko ja vieritä alas.




Your profile >

Logout >

2. Napsauta **Kirjaudu ulos**

7.3 Salasanan vaihtaminen


1. Avaa valikko ja vieritä alas.



2. Napsauta **Sinun profiilisi**
3. Napsauta välilehteä **Vaihda salasana**
4. Syötä vanha ja uusi salasanasi (salasanan täytyy olla vähintään 8 merkkiä pitkä ja sisältää ainakin yksi numero ja kirjain.)
5. Napsauta **Tallenna** tai paina Enter

7.4 Kaksivaiheinen todennus

1. Avaa valikko ja vieritä alas.




2. Napsauta **Sinun profiilisi**
3. Napsauta välilehteä **Kaksivaiheinen todennus**
4. Napsauta **Rekisteröi**-painiketta.
5. Seuraa rekisteröitymisohjeita näytöstä.

7.5 Osoitekirja


Pääsy

1. Osoitekirjaan pääsee aina sovelluksen ja työpöytätietokoneen käyttöliittymän valikosta, jos organisaatiosi käyttäjillä on puhelinnumeroita tallennettuna.



Käyttö


1. Kaikki käyttäjät ja merkinnät, joille on määritetty puhelinnumero, näytetään ja niihin voi soittaa.
2. Käyttäjät, jotka ovat asettaneet tilakseen 'päivystys', merkitään selvästi, ja tätä tilaa voidaan käyttää suodattimena.
3. Käyttäjät voivat etsiä toista käyttäjää nimen perusteella syöttämällä tekstiä hakukenttään.
4. Puhelun alkaessa toiselle käyttäjälle puhelu kirjataan ja sitä voidaan tarkastella molempien käyttäjien puhelujen historiassa.



7.6 Päivystystila


Asetukset

1. Päivystystila voidaan määrittää sovelluksen kautta. Voit valita päivystyksen sekä sen, mille organisaatioille päivystät.



7.7 Sovelluksen ilmoitukset

1. Voit valita, haluatko vastaanottaa ilmoituksia aina, vastaanottaa niitä vain päivystäessäsi organisaatiolle vai jättää ne vastaanottamatta.
2. Nämä asetukset voidaan määrittää napauttamalla kohtaa Ilmoitukset organisaation sovellusvalikossa.



Jotta voit vastaanottaa ilmoituksia Brainomix 360 Mobile -sovelluksessa, sinun on varmistettava, että ilmoitukset ovat käytössä mobiililaitteessasi. Voit tehdä sen asennettaessa Brainomix 360 Mobile -sovellus mobiililaitteeseen tai myöhemmin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

iOS

- Käynnistä Asetukset-sovellus.
- Napauta Ilmoitukset.
- Siirry kohtaan Brainomix 360 Mobile > Napauta.
- Ota ilmoitukset käyttöön vaihtamalla **Salli ilmoitukset** -kytkin tilaan **Päällä**.
- Vaihda **Aikakriittiset ilmoitukset** -kytkin tilaan **Päällä** (ilmoitukset toimitetaan aina välittömästi, ja ne pysyvät lukitusnäytössä tunnin ajan).
- Valitse hälytysasetukset – on suositeltavaa valita kaikki (lukitusnäyttö, ilmoituskeskus ja bannerit) ja asettaa **Bannerityyli** tilaan **Pysyvä**.
- Vaihda **Äänet ja merkit** -kytkimet tilaan **Päällä** (suositellaan).

Android

- Käynnistä Asetukset-sovellus.

- Napauta Sovellukset.
- Siirry kohtaan Brainomix 360 Mobile > Napauta.
- Napauta Ilmoitukset.
- Vaihda **Salli ilmoitukset** -kytkin tilaan **Päällä** ottaaksesi käyttöön ilmoitukset, mukaan lukien viestit, äänet ja värinä.
- Vaihda **Näytä äänettömästi** -kytkin tilaan **Pois päältä** (suositellaan).
- Vaihda **Aseta prioriteetiksi** -kytkin tilaan **Päällä** kytkeäksesi näytön päälle, kun Älä häiritse on kytketty päälle (suositellaan).

8 Työpöytäliittymä

8.1 Potilasluettelo

The screenshot displays the Brainomix patient list interface. At the top, there is a menu icon and the Brainomix logo. Below the header, there is a search bar and a sort dropdown menu set to 'Last updated (newest first)'. The main content area shows a list of patients, each with a checkbox, a star icon, and a message icon. The patient information includes the name, hospital, patient ID, ACC, and BX ID. Below the patient information, there are scan details including scan type (NCCT, CTA, CTP), date and time, and status (Completed). The interface also includes a search bar, sort options, export button, and filters.

Patient Name	Hospital	Brainomix	Patient ID	ACC	BX ID	Scans	Status	
William Parry	Svalbard Hospital	Brainomix	64Y M	Patient ID: 1746127	ACC: 564EX127	BX ID: cfd8b	NCCT, CTA, CTP	Completed
Mary Malone	Mulefa Hospital	Brainomix	75Y F	Patient ID: 273802	ACC: 45MRIT02	BX ID: 2a0b48		
Roger Parslow	Jordan University Hospital	Brainomix	78Y M	Patient ID: 1524011	ACC: 638ICH011	BX ID: ea0966		3 warnings
Lee Scoresby	Cittagazze Hospital	Brainomix	70Y M	1952-09-09	Patient ID: 4580060	ACC: 658BMC002	BX ID: 3106c9	1 warning
Oliver Payne	Brainomix	M	Patient ID: 041004	ACC: 428TES67	BX ID: 962837			
Marisa Coulter								1 warning

- Potilasluettelo-sivulla näytetään kaikki käytettävissäsi olevat potilaat. Ne luetellaan oletuksena viimeisimmän päivitetyn potilaan mukaisessa järjestyksessä.
- Voit vaihtaa potilaiden sivuja napsauttamalla sivunumeroita luettelon alapuolelta.
- Napsauta potilasta avataksesi sen potilaan katseluikkunassa (katso Potilaan katseluikkuna - osiota).
- Napsauta  -kuvaketta laajentaaksesi potilaan tiedot, jolloin näet kuvaustiedot ja kunkin kuvan pienen esikatselukuvan.

8.2 Potilaiden etsintä

Järjestäminen

Lajittele potilasluettelo napsauttamalla Lajitteluperuste-painiketta.

Sort by: Last updated (newest first) ▼

Valitse lajitteluasetus pudotusvalikosta.

Sort by: Last updated (newest first) ▲

- Last updated (newest first) ✓
- Last updated (oldest first)
- Patient name (ascending)
- Patient name (descending)
- Patient ID (ascending)
- Patient ID (descending)

Haku

Hae potilasta nimellä, AC-numerolla tai tunnuksella syöttämällä tekstiä potilasluettelon yläpuolella olevaan hakuruutuun.

🔍 Search

Suodatus

Suodata potilaat painamalla Suodattimet-painiketta.

🔗 Filters: 0 applied

Valitse suodatusasetukset. Potilasluettelossa näytetään vain potilaat, joiden sarjat tai tulokset vastaavat valittuja suodattimia.

FILTERS

FAVORITES

☐ Show Favorites

LABELS

☐ Suspected ICH Suspected ICH
☐ Suspected LVO - NCCT Suspected LVO NCCT
☒ Suspected LVO - CTA Suspected LVO CTA
☐ Flagged for intervention Intervention

DELETED SERIES

LAST UPDATED

INSTITUTION NAME

STATE

WORKFLOW

SCANNER

ORIGINAL ORGANISATION

Clear Filters

8.3 Tulosten vienti

- Valitse kaikki potilaat, jotka haluat sisällyttää mukaan, napsauttamalla heihin liittyviä valintaruutuja. Toista tämä kaikille potilasluettelon olennaisille sivuille.

Menu

BRAINOMIX®

☒ Select all on page
 Search
 Sort by: Last updated (newest first)
 Export
 Series tools
 Filters: 0 applied

☒ William Parry Suspected LVO NCCT CTA Intervention	Export selected scans Export all scans	<input type="star"/> <input type="comment"/>
Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y M • Patient ID: 1746127 • ACC: 564EX127 • BX ID: cfd8b		
Last Updated: 2026-03-13 16:53:56 GMT Show 3 Scans		
☒ Mary Malone		<input type="star"/> <input type="comment"/>
Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y F • Patient ID: 273802 • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 2a0b48		
Last Updated: 2026-03-13 16:41:20 GMT Show 3 Scans		
☒ Roger Parslow Suspected ICH	3 warnings <input type="star"/>	<input type="comment"/>
Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y M • Patient ID: 1524011 • ACC: 63BICH011 • BX ID: ea0966		
Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT Show 1 Scan		
☒ Lee Scoresby Suspected ICH	1 warning <input type="star"/>	<input type="comment"/>
Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y M • 1952-09-09 • Patient ID: 4580060 • ACC: 658BMC002 • BX ID: 3106c9		

Vinkki: Voit valita kaikki sivun potilaat napsauttamalla otsikkorivillä olevaa valintaruutua.

Vinkki: Voit muuttaa potilasluettelon alareunassa olevaa asetusta 'Näytä X per sivu' nähdäksesi enemmän potilaita kullakin sivulla.

Vinkki: Voit laajentaa potilaan tietoja ja valita potilaan skannaukset viettäviksi.

- Klikkaa Vie-painiketta ja valitse, haluatko viedä vain valitut skannaukset vai kaikki skannaukset kaikilta sivuilta.
- Laskentataulukko (XLSX-muodossa) ladataan.
 - Tämä tiedostotyyppi voidaan avata useissa sovelluksissa, kuten Microsoft Excelissä.
 - Ladattu tiedosto sisältää useita taulukkoja, joissa on rivi kutakin potilasta kohden ja joissa on tunnistetiedot, tulokset ja ohjeet vietyjen tietojen tulkitsemiseksi.

8.4 Potilaan katseluikkuna

Yleiskatsaus

Kun avaat potilaan potilasluettelosta, tulet potilaan katseluikkunaan.

Vasemmassa sivupalkissa on potilaskohtaista tietoa:

- Näytä: näytä kaikki valitun potilaan käytettävissä olevat kuvaustiedot
- Sarja: näytä tämän kuvan kaikki metatiedot ja mahdolliset käsittelyvaroitukset
- Viestit: tarkastele ja lähetä tätä potilasta koskevia viestejä

Potilaan katseluikkunan ja sivupalkin yläpuolella on potilastietokortti. Siinä näytetään potilaan tiedot, ja potilas voidaan merkitä suosikiksi 'tähti'-asetuksella. Huomaa, että nämä tiedot on saatettu poistaa, jos potilas on pseudonymisoitu, esim. jos se on saatu vertaissynkronoinnin kautta tai jos tarkastelet potilasta Brainomix 360 -pilvessä.



Kuvien tarkastelu

Potilastietokortin alapuolella, kuvanäkymän yläpuolella, on rivi kuvanäkymän säätimiä. Ne ovat vasemmalta oikealle seuraavat:

- Näkymän valitsin ('Lähde' näytetään). Näin näkymää voidaan vaihtaa nopeasti.
- Poikkileikekuvien paksuus -säädin. Jos säädin on käytettävissä, sillä voidaan säätää poikkileikekuvien paksuutta yhdistämällä vierekkäisiä leikkeitä keskiarvo-, MIP- tai MinIP-suodattimilla.
- Ikkunointi-säädin. Tällä säätimellä voidaan säätää ikkunan leveyttä/tasoa ja useita esiasetuksia. Ikkunointia voidaan säätää myös napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja vetämällä hiirtä.
- Peittokuvien vaihto. Tämän ansiosta yksittäiset tai kaikki peittokuvat voidaan kytkeä päälle tai pois päältä.
- MPR-säädin. Jos tämä painike on käytettävissä, sitä painamalla saadaan käyttöön asetukset, joilla voidaan vaihtaa aksiaalisiin, sagittaalisiin tai koronaalisiin näkymiin.
- Suurennapainike. Tämän painikkeen painaminen laajentaa kuvanäkymän niin, että se vie mahdollisimman paljon tilaa.

Potilaan katseluikkunan pääkomponentti on kuvanäkymä. Tämä näyttää valitun näkymän nykyisen leikkeen niin, että asianmukaista ikkunaa, poikkileikekuvaa ja MPR-suodattimia on käytetty. Tietojen ja algoritmitulosten peittokuvat voidaan näyttää peruskuvan päällä.

Kuvanäkymän oikeassa yläkulmassa näytetään algoritmitulosten ilmaisimet sekä mahdolliset käyttäjän muokkaukset tai toimenpidemerkinnot.

Kuvanäkymän alapuolella on leikkeiden säädin. Voit selata kaikkia leikkeitä vetämällä liukusäädintä.

Ikkunointi

TT-kuvan pikseleitä mitataan Hounsfieldin luvuilla (HU), jotka täytyy muuntaa harmaasävyiksi näyttämistä varten. **Ikkunointi**-valikon ikkunoinnin tason ja leveyden säätimillä voit säätää näytettävien HU-arvojen aluetta.

Kuvan manuaalisen arvioinnin apuna on käytettävissä nämä esiasetetut ikkunat:

- **Kudos:** tarjoaa hyvän yleiskuvan aivokudoksesta.
- **Suonet:** parantaa kontrastia, mikä helpottaa tehostettujen verisuonten näkemistä.
- **Luu:** hyvä luurakenteiden tarkasteluun.
- **Suuri kontrasti:** tarjoaa suuren kontrastin näkymän, jossa varhaiset harventumamuutokset näkyvät helpommin.

Ikkunan leveyttä ja tasoa voidaan säätää myös napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja vetämällä hiirtä katseluikkunan päällä ja siirtämällä hiirtä ylös/alas (tason vaihtamiseksi) tai vasemmalle/oikealle (leveyden muuttamiseksi).

Sarjan tiedot

Sarjan päivämäärä/kellonaika esitetään peittokuvassa kuvanäkymän vasemmassa yläkulmassa, jossa on myös tarkasteluparametrit, kuten leikkeen paksuus ja leikkeen numero. Lisätietoja on Sarja-välilehdellä. Jotkin tiedot (esim. tutkimuksen kuvaus) ovat peräisin DICOM-lähdesarjan tunnisteista, osa ohjelmistosta itsestään (esim. algoritmiversio).

Tulosten vienti

Näytä-välilehden Tuloksen yhteenveto -kohdassa on painikkeet, joilla voit ladata alkuperäiset lähde- ja tuloskuvat DICOM-muodossa kaikista käytettävissä olevista sarjoista.

8.5 e-ASPECTS-näyttö



Tulosten yhteenveto

ASPECTS-pistemäärä ja siihen liittyvät tiedot näytetään Tuloksen yhteenveto -näkyssä. Se sisältää seuraavat tiedot.

ASPECTS

Tässä osiossa näkyy e-ASPECTS -järjestelmän laskema ASPECTS-pistemäärä ja luettelo alueista, jotka on pisteytetty sisältämään akuutin harventuman ja jotka tästä syystä ovat alentaneet ASPECTS-pistemäärää.

Tilavuudet – tiivistymät



Brainomix 360 e-ASPECTS pyrkii havaitsemaan TT-natiivikuvasta poikkeavat tiivistymät. Poikkeavat tiivistymät tarkoittavat aivojen alueita, joilla HU-arvot ovat kohonneet verrattuna terveiden aivojen TT-kuvan oletusarvoihin. Yleisiä syitä tällaisille tiivistymille halvausepäilypotilailla ovat akuutit verenvuodot, sillä tuore veri on tyypillisesti tiheämpää kuin harmaa tai valkoinen aine, tai varjoaineen vuoto, vaikka tätä ei pitäisi näkyä TT-natiivikuvissa, jos varjoainetta ei ole annettu äskettäin.

Jos TT-kuvauksessa havaitaan yksi tai useampi hypertiheä alue, kyseiset alueet segmentoidaan ja näytetään erillisinä päällekkäiskuvina. Värityksellä on tarkoitettu ainoastaan segmentoidun alueiden visuaaliseen erottamiseen toisistaan, eikä niillä ole sinänsä mitään merkitystä.

Segmentoitujen alueiden tilavuudet näkyvät tulostyhteenvedossa seuraavasti:

- Hypertiheiden tilavuuksien kokonaismäärä – jokaisella on oma värikerrostuksensa (enintään 5)
- Havaittujen hypertiheiden tilavuuksien kokonaistilavuus (millilitroina) jaoteltuna kunkin segmentoidun tilavuuden mukaan

Kukin yksittäinen hypertiheä tilavuus voidaan suodattaa segmentoitavien tilavuuksien kokonaismäärästä. Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä vain katseluohjelmassa, eikä suodatettuja tuloksia voi tallentaa tulosteena.

Vaikka tilavuusmittausten pitäisi vastata oikein segmentoituneita alueita, käyttäjän on tarkistettava silmämääräisesti, että segmentoituneet alueet ovat oikeat suhteessa kuvan taustalla oleviin hypertiheksiin.

Huomaa, että tämä toiminto on erillinen suonten tiivistymätoiminnosta, joka pyrkii tunnistamaan tukokset ja kalkkeutumat suonissa.

Kun havaitaan tilavuudeltaan suuri tiivistymä, estetään harventumien tilavuuden, ASPECTS-pistemäärän ja verisuonten tiivistymien tulokset. Jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön muokkauksen käsin, voidaan sitä käyttää estettyjen tulosten palauttamiseen.

Tilavuudet – akuutit / ei-akuutit harventumat

Tämä on harventuman merkkien tilavuus millilitroina Brainomix 360 e-ASPECTS -ohjelmiston laskemana. Tämä on myös 'lämpökartan' mitta. Akuuttia harventuma-aluetta kutsutaan myös nimellä '(NCCT) ydinosa'. Tilavuuden laskennan tarkkuus riippuu 'lämpökartan' laadusta, joka täytyy tarkistaa käsin.

Pääkäyttäjät voivat lisäksi ottaa käyttöön veden nettokulutuksen, joka perustuu akuutin harventuman alueen harventuman vakavuuteen. Jos tämä asetus on käytössä, tämä arvo näkyy prosenttiosuutena akuutin harventuma tilavuuden alla, kun riittävä harventuma havaitaan.

Tiivistyneet suonet



e-ASPECTS pyrkii tunnistamaan TT-natiivikuvista paikalliset suonten tiivistymät, jotka usein viittaavat tukkeumiin (hyytymiin) tai kalkkeutumisiin. Havaintoja luokiteltaessa otetaan huomioon kuvan ominaisuuksista muun muassa tiivistymän muoto ja HU-arvot tiivistyneessä suonessa. Kalkkeutumisissa HU-arvot ovat tyypillisesti suurempia ja teräväpiirteisempiä hyytymiin verrattuna. Tiivistymän alue segmentoidaan ja korostetaan tuloksissa.

Jos havaitaan yksi tai useampia tukkeumia, ilmoitetaan tukkeuman pituus, joka perustuu tukkeumaan liittyvän segmentoidun alueen pisimmän akselin mittaukseen. Mikäli tukkeumia havaitaan aivojen TT-kuvassa molemmilla aivopuoliskoilla, esitetään pituusmittaukset puoliskoittain.

Huomaa, ettei ohjelmisto välttämättä havaitse kaikkia tiivistymiä, ja myös vääriä positiivisia havaintoja voi esiintyä. On myös mahdollista, että havaintoja ilmoitetaan suonten ulkopuolelta, jolloin tiivistymä ei johdu tukoksesta, vaikka se on virheellisesti havaittu sellaisena.

Käsittely

Käsittely-näkymässä näkyy TT-kuva käsittelyn ja e-ASPECTS-analyysin jälkeen. Leikkeisiin on tehty merkintöjä, joista näkyy ASPECTS-alueiden segmentointi ja havaitut harventumien tai tiivistymien merkit.

Peittokuvat

Yksittäiset Käsittely-näkymässä näkyvät peittokuvat ovat seuraavat:

- **ASPECTS-alueet:** näyttää ASPECTS-alueiden segmentoinnin.
- **Vaikutusalueet:** korostaa akuutteja harventumamuutoksia sisältäviksi pisteytetyt ASPECTS-alueet.
- **Akuutti harventuma:** korostaa alueet, joilla on akuutteja harventumamuutoksia.


- **Ei-akuutti harventuma:** korostaa alueet, joilla on vanhempia harventumamuutoksia. Näitä ei ole otettu mukaan e-ASPECTS -algoritmiin.
- **Tiivistymä:** Korostaa alueet, joilla on epätavallisia tiivistymän merkkejä. Jos yksittäiset hypertiheät alueet ovat segmentoituja, yksittäiset tilavuudet voidaan kytkeä päälle ja pois päältä.
- **Hypertiheä verisuoni:** korostaa tiivistyneet suonet, jotka on tunnistettu tukoksiksi.
- **Kalkkeutuma:** korostaa tiivistyneet suonet, jotka on tunnistettu kalkkeutumiksi.
- **pc-ASPECTS-alueet:** näyttää pc-ASPECTS-alueiden segmentoinnin.
- **Keskisagittaalinen taso:** näyttää keskisagittaalisen tason osoitinviivan.
- **Tekstihuomautukset:** näyttää puolen ilmaisimet ja muut tekstipeittokuvat.

Varoitukset

Jos Tiedot- tai Sarja-painikkeessa on huutomerkkikuvake, e-ASPECTS on antanut varoituksia, jotka voivat vaikuttaa pistemäärän tarkkuuteen.

8.6 Tulokset käsin

Jos pääkäyttäjä on ottanut tämän käyttöön, voit muokata automaattista tulosta ja tallentaa oman käsin muodostetun tuloksen Brainomix 360 -järjestelmään. Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun tapauksia katsellaan Brainomix 360 -pilvipalvelussa.



Voit muokata automaattista tulosta tallentamalla oman pistemääräsi. Avaa muokkausikkuna napsauttamalla 'Muokkaa'-kynäkuvaketta kuvanäkymän oikeasta alakulmasta.

Napsauta alueiden nimiä, joiden tulee vaikuttaa ASPECTS-pistemäärään, laskeaksesi käsin muodostetun ASPECTS-pistemäärän.

Voit sitten tallentaa tai hylätä tuloksen.


9 Mobiilinäyttö

9.1 Potilasluettelo

Jos käytät Brainomix 360 -ohjelmistoa tai Brainomix 360 Cloud -palvelua puhelimellasi, näet luettelon kaikista potilaista. Avaa potilaan katseluikkuna napauttamalla potilasta. Pyyhkäisy alaspäin päivittää potilasluettelon.

Merkitse potilas suosikiksi painamalla ☆-kuvaketta tai poista suosikiksi merkitseminen painamalla ★-kuvaketta.

Paina 📄-kuvaketta kopioidaksesi potilas- tai BX-tunnuksen leikepöydälle.



9.2 Potilaan katseluikkuna


Kaikki sarjat

Kun avaat potilaan potilasluettelosta, tulet Kaikki sarjat -näkymään. Vaihtoehtoisesti, jos olet jo katseluikkunassa, napauta KAIKKI-painiketta vasemmasta alakulmasta. Näet kaikki tämän potilaan sarjat ja tulokset, ja voit siirtyä mihin tahansa saatavilla olevaan näkymään pienoiskuvaa napauttamalla.

Voit myös siirtyä suoraan kuvan tulostähtäykseen alaosan modaliteettiikohtaisilla painikkeilla:

- NCCT: jos tämä on käytettävissä, voit tarkastella tämän potilaan TT-natiivikuvia ja niihin liittyviä tuloksia
- TT-angiografia: jos tämä on käytettävissä, voit tarkastella tämän potilaan TT-angiogrammia ja siihen liittyviä tuloksia
- CTP: jos tämä on käytettävissä, voit tarkastella tämän potilaan TT-perfuusiokuvaa ja siihen liittyviä tuloksia
- MRI: jos tämä on käytettävissä, voit tarkastella tämän potilaan MRI-kuvia ja niihin liittyviä tuloksia

Huomaa, että Brainomix 360 -alusta näyttää tulokset kaikista lisensoiduista tuotteista. Tässä kuvakaappauksessa näkyy tulokset muista tuotteista e-ASPECTS -ohjelmiston lisäksi.




Kuvien tarkastelu

Katseluikkunan yläosassa näkyy potilaskohtaisia hallintapainikkeita, joiden kautta pääsee seuraaviin toimintoihin:

- Tiedot: tämän kuvauksen täydellisten metatietojen sekä mahdollisten käsittelyvaroitusten tarkastelu
- Viestit: tämän potilaan viestien tarkastelu ja lähettäminen
- GO: tämän potilaan merkitseminen toimenpiteen kohteeksi
- Jako ja tuki pudotusvalikosta: pääset käyttämään Lähetä tukeen -toimintoa ja potilaan jakamista
- Kliiniset tiedot pudotusvalikosta: syötä tämän potilaan olennaiset kliiniset tiedot
- Soveltuvuustarkistus: arvioi potilaan soveltuvuus kliinisten ja/tai tutkimusohjeiden perusteella

Nipistystoiminnolla voit lähentää kuvaa nähdäksesi sen yksityiskohtaisemmin, ja voit liikuttaa sitä eri suuntiin vetämällä sitä kahdella sormella.





9.3 Viestit

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut tämän käyttöön, potilasta koskevia viestejä voidaan tarkastella ja lähettää. Kun uusia viestejä ilmestyy, niitä voidaan tarkastella chattialueella. Kaikille rekisteröityneille käyttäjille lähetetään myös mobiilisovellusilmoitus, jos niin on määritetty.

Uusia viestejä ilmestyy chattialueen alareunaan sitä mukaa kuin niitä vastaanotetaan.

Voit lähettää viestin kirjoittamalla sen alareunassa olevaan ruutuun ja napsauttamalla oikealla olevaa Lähetä-painiketta.

Tiedot-kuvaketta napsauttamalla näet, kuka on lukenut viestin. Sulje 'Lukenut:'-luettelo napsauttamalla Sulje-kuvaketta.



9.4 Merkitse potilas toimenpidettä varten


Jos järjestelmänvalvoja on ottanut tämän toiminnon käyttöön, voit merkitä potilaan käsin toimenpidettä varten potilaan katseluikkunan kautta.

Paina 'GO'-painiketta ja vahvista liu'uttamalla. Potilaan merkitsemisestä ilmoitetaan käyttäjille, joilla on toimenpideilmoitukset käytössä.

Merkinnän voi peruuttaa tarvittaessa, ja peruutuksesta ilmoitetaan käyttäjille, joilla on toimenpideilmoitukset käytössä.

Toimenpiteen voi myös merkitä Suoritettu-tilaan potilaalla, joka on jo merkitty.

Huomaa, että kyseessä on yksinomaan käsin käytettävä viestintäväline eikä tätä toimintoa voida käynnistää automatisoitujen tulosten avulla.



9.5 Kliiniset tiedot

Jos pääkäyttäjä on ottanut sen käyttöön, kliinisten tietojen osio on käytettävissä erillisessä välilehdessä. Tätä voidaan käyttää potilaan ylimääräisten kliinisten tietojen tallentamiseen. Kaikkia aiemmin tallennettuja kliinisiä tietoja voi tarkastella napsauttamalla 'Näytä historiatiedot'.

Ennakkolasketun NIHSS-kokonaispistemäärän voi syöttää suoraan tai sen voi laskea vuorovaikutteisesti napsauttamalla 'Laske pistemäärä' ja syöttämällä pistemäärän kullekin kohdalle lomakkeeseen. NIHSS-pistemäärä 24 tunnin kuluttua voidaan lisätä samalla tavalla.

Kaikkia muita kliinisten tietojen kenttiä voidaan muokata kliinisten tietojen lisäämiseksi tai jättää tyhjäksi, jos ne eivät ole merkityksellisiä.

Täällä syötetyt kliiniset tiedot sisällytetään PDF-potilaskertomukseen ja vietyihin XLSX-laskentataulukoihin.

Assessment

Intervention

Premorbid mRS

Unknown

0

1

2

3

4

5

Affected hemisphere

Unknown

Left

Right

Both

NIHSS

Calculate score

Affected hemisphere

Last known well (GMT)

Symptoms discovered (GMT)

Tap to select date and time

Tap to select date and time

Door in (GMT)

Door out (GMT)

Tap to select date and time

Tap to select date and time

CSC door in (GMT)

Tap to select date and time

Save changes

9.6 Kelpoisuustarkastus

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut tämän toiminnon käyttöön, potilaan soveltuvuutta kliinisten ohjeiden ja/tai tutkimusohjeiden suhteen arvioidaan 'Soveltuvuustarkistus'-välilehdessä.

Oletusarvoisesti järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön ESO:n ja AHA:n kliinisten ohjeiden sekä TRACE-III-, EXTEND- ja WAKE-UP-tutkimusten kriteerit.

Yhteenvedo potilaan soveltuvuudesta määritettyjen ohjeiden suhteen näkyy Soveltuvuustarkistus-välilehdessä ja potilasraportissa.

Soveltuvuus kunkin kriteerin suhteen määritetään kunkin kuvantamistutkimuksen automaattisten tulosten ja saatavilla olevien kliinisten tietojen perusteella. Perfuusioydinosa arvioinnissa käytetään ydinosa kartan tilavuutta. Kunkin ohjeen kunkin kriteerin osalta potilaan kelpoisuutta koskeva erittely on saatavilla 'Soveltuvuustarkistus'-välilehdellä.

Info

GO

☆ William Parry

64Y | M

Svalbard Hospital

Patient ID: 1746127

BX ID: 806a10

ESO Thrombectomy Guideline (<6 hours)

Data missing

NCCT

CTA

CTP

MRI DWI

MRI DSC

Clinical data

NIHSS >= 6

Missing

Information missing ▶

0-6 hours from last known well

Missing

Information missing ▶

Any occlusion

Match

2018-12-27 09:03:07 • Occlusion: ICA / Proximal MCA

ASPECTS >= 6

Match

2018-12-27 09:01:27 • ASPECTS: 7

Hide Criteria

^

ALL

NCCT

CTA

CTP

MR

9.7 Potilaiden jakaminen

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut tämän toiminnon käyttöön, voit jakaa pseudonymisoidun potilastiedon organisaatiosi sisäisen tai ulkopuolisen henkilön kanssa jakolinkin avulla.

Voit luoda jakolinkin seuraavasti:

- Napsauta Potilaan katseluikkunassa 'Jaa ja tue' -painiketta.
- Napsauta 'Potilas'-välilehdessä 'Jaa URL' tai 'Kopioi URL leikepöydälle'. Huomaa, että tämä painike on poissa käytöstä, jos jakaminen ei ole käytössä.
- Valitse käytettävissä olevista jakamisvaihtoehdoista tai liitä linkki sähköpostiin tai viestisovellukseen.

Tärkeitä huomautuksia linkkien jakamisesta

- Jaetun linkin avaaminen antaa pääsyn vain yhden potilaan kaikkiin kuvantamistuloksiin.
- Linkki pseudonymisoidaan, joten vastaanottaja ei näe potilaan tarkasteluikkunassa niitä potilaan tietoja, joista potilas voitaisiin tunnistaa.
- Vastaanottajalla on oltava verkkoyhteys palvelimeen, jos se sijaitsee intranetissä.
- Kuka tahansa, jolla on linkki, voi käyttää pseudonymisoitua potilastietoa, kunnes linkki vanhenee. Pääkäyttäjä voi määrittää vanhenemisajan.

10 Tuloslähetykset

10.1 DICOM

DICOM-tulossarjat siirretään DICOM-verkkoyhteyden kautta PACSiin, kun käsittely on valmis, jos näin on määritetty järjestelmäsi asetuksissa.

10.2 Pilvisynkronointi

Pseudonymisoidut tulokset synkronoidaan Brainomix 360 Cloud -palvelimeen, jos näin on määritetty järjestelmäsi asetuksissa. Tuloksia voidaan katsella Brainomix 360 Cloud -järjestelmässä samalla tavalla kuin jos kuva olisi käsitelty siinä.

10.3 Mobiilisovelluksen ilmoitukset

Jos Brainomix 360 Cloud -synkronointi on käytössä, voidaan määrittää, että Brainomix 360 Mobile -sovelluksen käyttäjille annetaan ilmoitus, kun tulos on saatavilla.

10.4 Potilasraportit

Jos tämä on määritetty toimipaikallasi, potilasraportti (PDF ja/tai kuvat), joka sisältää yleiskatsauksen kaikista kuvantamismenetelmistä ja potilaan tuloksista, lähetetään määritettyyn PACS-järjestelmään DICOM-verkkoyhteyden kautta.

10.5 HL7-lähtötiedot

Jos tämä on määritelty toimipaikassasi, HL7-viestit lähetetään määriteltyyn kohteeseen, kun käsittely on valmis.

11 Lähettäminen ja käsittely

Tämä osa koskee vain Brainomix 360 -järjestelmää. Kuvia ei ole mahdollista ladata tai käsitellä suoraan Brainomix 360 Cloud -liittymästä.

11.1 Kuvien käsittely

Työnkulut

Brainomix 360 voidaan määrittää tarjoamaan eri työnkuluja akuutteihin aivohalvaustapauksiin tai kliinisiin tutkimuksiin. Jokainen työnkulku voidaan määrittää lähettämään tuloksia eri DICOM-kohdelaitteisiin.

Oletuksena toimitetaan kaksi työnkulkua, 'Akuutti työnkulku' ja 'Tutkimuksen työnkulku'. Akuutti työnkulku on tarkoitettu pienten kuvamäärien käsittelyyn korkealla prioriteetilla, kun taas tutkimuksen työnkulku soveltuu suurien kuvamäärien käsittelyyn matalalla prioriteetilla. Jos järjestelmä on käsittelemässä kuvaa tutkimuksen työnkululla, kun vastaanotetaan akuutti kuva, Brainomix 360 pysäyttää käsittelyn ja käsittelee akuutin kuvan ennen jatkamista.

Apua työnkulkujen määrittämiseen ja integraatioon ulkoisten järjestelmien kanssa (PACS, TT-kuvauslaite, sähköposti jne.) saa paikalliselta jälleenmyyjältä tai Brainomix-tueltä.

DICOM-lähetys käsin

1. Varmista, että DICOM-lähdelaitteeseen (esim. PACS tai TT-kuvauslaite) ja sitä ohjaavaan sovellukseen (esim. PACS-katseluohjelma) on määritetty Brainomix 360 -palvelinosoite ja haluttuihin työnkulkuihin linkitetyn saapuvien kuvien Brainomix 360 -jonon sovellusentiteetin nimi (katso edellä). Apua määrittämiseen saat järjestelmänvalvojalta.
2. Käytä DICOM-ohjaussovellusta kuvasarjan siirtämiseen Brainomix 360 -palvelimelle. Lisätietoa saat sovelluksen käyttöohjeista.
3. Brainomix 360 -palvelin alkaa käsitellä sarjaa automaattisesti.
4. Voit seurata käsittelyä selaimella:
 1. Siirry Brainomix 360 -palvelinosoitteeseen verkkoselaimella
 2. Sinua pyydetään kirjautumaan sisään, jos et ole käyttänyt sovellusta viime aikoina nykyisellä selaimellasi. Kirjaudu sisään edellisessä osiossa kuvatulla tavalla.
 3. Valitse **Potilasluettelo** sivun yläreunassa olevasta valikkopalkista.
 4. Uusi kuva ilmestyy potilasluetteloon. Jos kuva ei ilmesty, tarkista mahdolliset virheet DICOM-lokista.
5. DICOM-tulokset lähetetään PACSiin automaattisesti käsittelyn valmistuttua, jos niin on määritetty. Näet tulokset PACS-katseluohjelmalla.
6. Vaihtoehtoisesti voit tarkastella tuloksia selaimessa napsauttamalla potilasta potilasluettelosta.

Automaattinen DICOM-lähetys


Kuvasarjat voidaan siirtää automaattisesti Brainomix 360 -palvelimelle käyttämällä tehtävään määritettyä ulkoista ohjelmaa.

DICOM-tulokset lähetetään PACSiin automaattisesti käsittelyn valmistuttua, jos niin on määritetty. Näet tulokset PACS-katseluohjelmalla. Tässä tapauksessa et tarvitse Brainomix 360 -verkkoliittymää lainkaan.

Vaihtoehtoisesti voit kirjautua sisään, jolloin kuvat ilmestyvät potilasluetteloon heti, kun ne siirtyvät käsittelyjonoon. Voit tarkastella tuloksia napsauttamalla potilasta. DICOM-verkon tapahtumia voidaan seurata DICOM-lokin kautta.

Lähetys käsin verkkoliittymän kautta

1. Kirjaudu sisään Brainomix 360 -ohjelmistoon
2. Avaa valikko sivun yläreunassa olevalla valikkokuvakkeella.
3. Valitse **Lähetä sarja** valikosta.



4. Valitse haluamasi saapuvien kuvien jono lähetysalueen alapuolella olevasta pudotusvalikosta. Oletusasetuksena on tutkimuksen saapuvien kuvien jono.
5. Napsauta **Valitse tiedostot** ja valitse DICOM-kuvatiedostoja tai pakattuja zip-tiedostoja, jotka sisältävät DICOM-kuvia.
Vinkki: Jos selain tukee Vedä ja pudota -toimintoa, voit vetää ja pudottaa tiedostoja suoraan lähetysalueelle.
Huomaa: Jos valitset liian monta tiedostoa, selain hylkää ne. Jos näin käy, pakkaa DICOM-kuvat yhteen zip-tiedostoon ja lähetä se yksittäisten kuvien sijasta.
6. Tiedostot lähetetään ja indeksoidaan. Jos tiedostoja on paljon, tämä voi viedä useita minuutteja.
7. Kuvat reititetään työnkulkuun automaattisesti. Kun lähetys on valmis, napsauta **OK**.
8. Kun käsittely on valmis, tulossähköpostit ja DICOM-tulokset lähetetään automaattisesti työnkulun asetusten mukaan.
9. Voit tarkastella tuloksia selaimessa napsauttamalla potilasta potilasluettelosta.

11.2 DICOM-loki

Voit näyttää Brainomix 360 -palvelimen pyytämien, vastaanottamien ja lähettämien DICOM-sarjojen lokin napsauttamalla DICOM-lokin linkkiä.

DICOM Log

Search for a Patient ID, Patient Name, Accession number, Series instance UID or Internal patient UID:

Search

Filter by event type

- ☒ Select all
- ☒ Series requested
- ☒ Series received
- ☒ At least one workflow can process the series
- ☒ No workflows can process the series
- ☒ Upload failed
- ☒ Transfer failed
- ☒ Series sent to external system
- ☒ New series was found by querying the external system

Filter by dates

2025-07-31

-

2025-08-20

Time	Patient ID	Name	Accession number	
2025-08-08 09:52:28 BST	ID1A	Name 1A	2010357	View
Series instance UID	1.3.12.2.1107.5.1.4.24320.4.0.5219886421837613			
Description	Transfer failed			
Details	Exception while processing command 'store': Association Request Failed: 0006:031c TCP Initialization Error: No route to host			
Internal patient UID	bdb17958-83f8-4a35-abc0-e50eae5d335b			

12 Hallinta

Pääkäyttäjillä on käytettävissään lisätoimintoja, joilla voidaan hallita käyttäjiä, poistaa kuvia ja määrittää Brainomix 360 -järjestelmän kliiniseen työnkulkuun integrointiin liittyviä asetuksia. Yleisesti ottaen näitä asetuksia ei tarvitse muuttaa. Virheelliset asetukset voivat johtaa tietojen menetykseen, virheelliseen toimintaan tai turvallisuuden vaarantumiseen. Jos tarvitset apua Brainomix 360 -järjestelmän integroinnissa kliiniseen työnkulkuun, ota yhteys paikalliseen tukkumyyjään tai Brainomixin tukeen.

13 Vianetsintä

Jos käytön aikana ilmenee ongelmia tai virheilmoituksia, ota yhteyttä paikalliseen pääkäyttäjään tai Brainomix-tukeen käyttäen Yhteystiedot-osiossa annettuja yhteystietoja.

14 Palvelun ylläpito ja päivitykset

Jos suunniteltua ylläpitoa on määrä tehdä, Brainomix ilmoittaa ylläpitotoista käyttäjille etukäteen ja kertoo, millainen katkos palvelussa on odotettavissa. Käyttäjien pääsy ohjelmistoon voi olla estetty ylläpitoikkunan aikana. Jos Brainomix 360 Mobile -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen, muista päivittää se uusimpaan versioon saadessasi kehoitteen tai sen tullessa saataville Google Playhin tai Apple App Storeen.

15 Poikkeamailmoitukset



Ota meihin yhteyttä osoitteeseen support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>), jos havaitset mahdollisen ongelman Brainomix 360 -ohjelmistopalvelussamme. Huomaa, että lähettämiisi tietoihin sovelletaan tietosuojakäytäntöämme (<https://www.brainomix.com/privacy-eu/#:~:text=For%20users%20of%20Brainomix%20products,in%20order%20to%20provide%20support>). Jos jonkin tuotteemme yhteydessä on tapahtunut vakava poikkeama, ilmoita siitä myös oman maasi paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle:

- Euroopan unionin jäsenvaltiot (<https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/national-competent-authorities-human>)
- Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (<https://www.gov.uk/report-problem-medicine-medical-device>)
- Sveitsi (<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents---fscas/users---operators.html>)
- Turkki (<https://www.titck.gov.tr/>)

16 Käytöstä poistaminen

Jos palvelu lopetetaan ja poistetaan, Brainomix koordinoi prosessia organisaatiosi asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa sen varmistamiseksi, että Brainomix 360 -järjestelmä, mukaan lukien kaikki resurssit ja tiedot, poistetaan sujuvasti ja kokonaan. Poistamisen vaikutukset arvioidaan sen määrittämiseksi, aiheuttaako se muutoksia kliiniseen työnkulkuun ja/tai muiden järjestelmien asetuksiin. Kaikki Brainomixin omistamat resurssit vaaditaan takaisin ja integraatiot poistetaan järjestelmästä sen varmistamiseksi, että tiedonsiirtoa ei enää tapahdu käytöstä poistettuihin resursseihin päin tai niistä poispäin. Saat lisätietoja Brainomix 360 -järjestelmän käytöstä poistamisesta paikalliselta jälleenmyyjältä tai Brainomix-tuelta.

17 Symbolit

Symboli	Symbolin kuvaus
	Osoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan nimen ja osoitteen.
	Osoittaa lääkinnällisen laitteen valmistuspäivän.
	Osoittaa yksilöllisen laitetunnisteen tiedot sisältävän tietovälineen.
	Osoittaa valtuutetun edustajan Euroopan yhteisössä.
	Osoittaa valtuutetun edustajan Sveitsissä.
	Osoittaa lääkinnällisen laitteen maahan tuoneen organisaation.
	Osoittaa, että käyttäjän on luettava käyttöohjeet.
	Osoittaa, että varovaisuutta tulee noudattaa, kun laitetta tai ohjainta käytetään lähellä symbolin sijoituspaikkaa, tai että nykyinen tilanne edellyttää käyttäjän tiedostamista tai toimia epätoivottujen seurausten välttämiseksi.
	Osoittaa, että tuote on lääkinnällinen laite.
	CE-merkintä osoittaa, että tuote on sovellettavien Euroopan unionin säädösten mukainen.

18 Paperikappaleen pyytäminen

Jos tarvitset painetun kappaleen Brainomix 360 e-ASPECTS -käyttöoppaan tästä versiosta, voit tulostaa tämän verkkosivun (napsauta hiiren kakkospainiketta + Tulosta tai lataa uusin versio sivustoltamme (<https://www.brainomix.com/docs/>)). Jos tämä vaihtoehto ei ole käytettävissäsi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>), niin sinulle lähetetään painettu kappale 7 kalenteripäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tämä palvelu on maksuton.