

ANALIZA BIAŁEK



100016698

Laboratorium Analizy

Klient: Oryon
Numer zamówienia: 100016698
Nazwa: ORYON TERIVA
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: TR6260504105
Data przyjęcia: 2026-07-28
Data rozpoczęcia: 2026-08-04
Data zakończenia: 2026-08-07

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
Tirzepatide	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
Tirzepatide	ORYON TERIVA 60MG	63,94mg	99%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 63,94mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

T6KP19S7

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100016698

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

T6KP19S7

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac



ANALIZA BIAŁEK



100016697

Laboratory of Analysis

Client: Oryon
Order number: 100016697
Name: ORYON TERIVA
Number of samples: 1 vial

Batch number: TR6260504105
Receive date: 2026-07-28
Start date: 2026-07-31
End date: 2026-08-13

Sample identification

Substance	Method of taking a sample	Form
-----	Sample provided by customer	White powder in glass vial

Results

Substance	Sample name	Content	Purity
Endotoxin level	ORYON TERIVA 60MG	5,98EU/vial	-----

Test	Sample name	Result
TYMC	ORYON TERIVA 60MG	PASS
TAMC	ORYON TERIVA 60MG	PASS
Presence of presumptive Escherichia Coli	ORYON TERIVA 60MG	NOT DETECTED
Presence of Salmonella Spp.	ORYON TERIVA 60MG	NOT DETECTED

Heavy metal	Sample name	Result
Arsenic	ORYON TERIVA 60MG	<0,010mg/kg
Cadmium	ORYON TERIVA 60MG	0,180mg/kg
Lead	ORYON TERIVA 60MG	0,398mg/kg
Mercury	ORYON TERIVA 60MG	<0,010mg/kg

Password

E3KJ89M1

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Headquarters and Laboratory:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Lab technician:
Analysis and research specialist
mgr Arkadiusz Zajac



ANALIZA BIAŁEK



100016697

Photo of the test sample



Password

E3KJ89M1

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Headquarters and Laboratory:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Lab technician:

Analysis and research specialist
mgr Arkadiusz Zajac